



SupMedic

22.04.2026 г.

г. Минск

Дефектный АКТ

Представителем Частного предприятия «Сапмедик» в Государственном учреждении «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, по адресу: 223028, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи, было произведено обследование:

Наименования оборудования	Выявленные дефекты оборудования	Мероприятия для восстановления оборудования	Стоимость запасных частей и работ на день выставления акта, руб.
Машина моечно-дезинфекционная Miele G7825 с принадлежностями Зав. № 51/074397971; <i>инв. № 01378796</i>	- выход из строя прессостата HNBR 1500/700 циркуляционного насоса	- замена прессостата HNBR 1500/700 циркуляционного насоса	1634,40

Исполнитель:

Ведущий инженер по ремонту МТ

А.С. Нестерович



Исполн. А.С. Нестерович

Частное производственно-торговое
унитарное предприятие
«Сапмедик»

220035, г.Минск, ул.Чехова, 3, оф.1, комн.1
УНП 191687428 ОКПО 380027865000, лицензия №02040/7075
Р/с BY62SLAN30121298300190000000 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) код
SLANBY22, 220007 г.Минск, ул.Московская, дом 14. Дополнительный офис
№2, г.Минск, ул.Гикало, д.3.
Тел.: (029) 307-84-36 Тел./Факс: (017) 282 40 80
supmedic@gmail.com