

Технические характеристики (описание) Устройства медицинские для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	Размер / состав	Количество
ЛОТ №1 Набор для пункции плевральной полости	В состав должны входить: 1. пункционная игла; 2. удлинитель с винтовым коннектором; 3. шприц объемом не менее 50 мл; 4. трехходовой кран; 5. пакет для сбора жидкости. Допускается доукомплектация другими ИМН необходимыми для манипуляций по пункции плевральной полости.	2 854 штук
ЛОТ №2 Устройство для промывания толстого кишечника	В состав должны входить: 1. наконечник диаметром 22-24мм; 2. зажим; 3. прозрачная трубка.	420 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Набор для пункции плевральной полости	
2.1. Пункционная игла должна быть с разъемом Луер-Лок. 2.2. Удлинитель с винтовым коннектором должен быть длиной не менее 85 см. 2.3. Шприц должен быть с винтовым соединением. 2.4. Пакет для сбора жидкости должен быть объемом 1,5-2,0л с портом Луер-Лок и с несмываемой маркировкой. 2.5. Наборы должны быть стерильными и упакованы в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.	
ЛОТ №2 Устройство для промывания толстого кишечника	
2.1. Длина устройства должна быть не менее 1500 мм. 2.2. Диаметр наконечника должен быть: для взрослых – 22-24 мм. 2.3. Наконечник устройства должен иметь атравматичный кончик. 2.4. Должны быть стерильными. 2.5. Каждое устройство должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.	

3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

3.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

Лот №3

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
3	<u>Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации:</u> 1. Рукоятка с вакуум-контролем 2. Наконечник 3. Соединительная трубка	Шт.	300

2. Технические требования:

- 2.1.1 Длина рукоятки 155 $\pm$ 5 мм.
- 2.2.1 Наконечник изогнутый
- 2.2.2 Размер наконечника 12 шарьер
- 2.3.1 Длина 3000-3500 мм.
- 2.4 Стерильность упаковки

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- 4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Лот № 4

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
4	<u>Устройство дренирующее для интраоперационной аспирации:</u> 1. Рукоятка с вакуум-контролем 2. Наконечник 3. Соединительная трубка.	Шт.	50

2. Технические требования:

2.1.1 Длина рукоятки 155 $\pm$ 5 мм.

2.2.1 Наконечник изогнутый

2.2.2 Размер наконечника 20 шарьер

2.2.3 Наконечник с диффузором

2.3.1 Длина 3000-3500 мм.

2.4 Стерильность упаковки

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.