

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Лампа шелевая с принадлежностями	шт	1
В состав (комплектация) одной штуки оборудования должно входить:			
1.1	Лампа шелевая офтальмологическая	шт	1
1.2	Столик приборный электрический	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование	Параметры
2.1	Тип микроскопа	Конвергентный бинокулярный типа Galileo или аналог
2.2	Увеличение	5-ти ступенчатое барабанного типа
2.3	Источник света	Светодиодная/галогеновая лампа
2.4	Увеличение окуляров, не менее	12,5х
2.5	Этапы увеличения	6х; 10х; 16х; 25х; 40х
2.6	Поле обзора	6х: 33 мм 10х: 20 мм 16х: 13 мм 25х: 8 мм 40х: 5 мм
2.7	Диапазон регулировки межзрачкового расстояния	от 55 мм до 78 мм
2.8	Регулировка диоптрийная	от -5D до +5D
2.9	Ширина шели	от 0 мм до 14 мм, плавное увеличение
2.10	Длина шели	от 1 мм до 14 мм, плавное увеличение
2.11	Диаметр апертуры	ф 14 мм, ф 10 мм, ф 5 мм, ф 2 мм, ф 1 мм, ф 0,2 мм, ф 0,1 мм
2.12	Угол шели	От 0 до 180 градусов, вращаемый
2.13	Угол освещения	0, 5, 10, 15, 20
2.14	Осветитель	Верхнее/нижнее расположение (опционально)
2.15	Освещение	плавное увеличение интенсивности освещения
2.16	Фильтры	Теплопоглощающий, серый, зеленый, синий кобальт
2.17	Диапазон смещения вперед-назад	90 мм (±5%)
2.18	Диапазон смещения вправо-влево	100 мм (±5%)
2.19	Тонкая регулировка вперед-назад, вправо-влево	15 мм (±5%)
2.20	Диапазон смещения вверх-вниз	30 мм (±5%)
2.21	Диапазон смещения фиксатора взгляда вверх-вниз	80 мм (±5%)
2.22	Фиксация	Красный диод LED
2.23	Размер столешницы, мм	от 400 до 405 х от 490 до 500

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и должен быть не менее 24 месяцев.