

БелМТ №1027/25

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Ед. изм.	Кол- во
1.1	Набор катетерный термодилуционный типа Swan-Ganz с интродьюсером состоящий из:		набор	250
1.1.1	Катетер термодилуционный типа Swan-Ganz с защитным чехлом и дополнительным предохранительным баллончиком	7,5Fr	шт.	1
1.1.2	Интродьюсер венозный	8,5 Fr	шт.	1
1.1.3	Проводник		шт.	1
1.1.4	Игла		шт.	4
1.1.5	Салфетки		шт.	3
1.1.6	Скальпель	11	шт.	1
1.1.7	Шовный материал		шт.	1
1.1.8	Покрытие с отверстием		шт.	1
1.1.9	Покрытие без отверстия		шт.	1
1.1.10	Шприц		шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Катетер должен иметь диаметр 7,5Fr и длину не менее 110см.

2.2. Наличие не менее 5 внутривенных каналов – канал для измерения давления в легочной артерии; канал для измерения центрального венозного давления; канал для измерения минутного сердечного выброса; дополнительный инфузионный порт.

2.3. Наличие круговых меток для определения глубины введения катетера

2.4. Проводник 0,035/0,89мм, длиной не менее 60см

2.5. Покрытие хирургическое размером не менее 60*80см, должно иметь отверстие размером не менее 2*2см

2.6. Набор должен быть одноразовым, и в индивидуальной стерильной упаковке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора (заказчика).