

БелМТ №103/26

лот 1

Приложение 1  
к заявке на закупку  
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>п/п | Наименование                                 | Ед.<br>измерения | Кол-во |
|----------|----------------------------------------------|------------------|--------|
| 1.       | Градиент для отмывки спермы 2-х компонентный | мл               | 2 700  |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,  
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О  
государственных закупках товаров (работ, услуг)”:**

- 2.1. Объем флакона 50-100 мл.
- 2.2. Стерильность.
- 2.3. Тест на эмбриотоксичность.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку  
(годности, стерильности):**

- 3.1. Срок годности, стерильности: не менее 50% от установленного изготовителем на момент поставки.

БелМТ №103/26

лот 2

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>п/п | Наименование                                                                       | Ед.<br>измерения | Кол-во |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1.       | Среда для промывки (флашинг)сперматозоидов<br>и/или ооцитов на основе HEPES-буфера | мл               | 16 600 |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,  
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О  
государственных закупках товаров (работ, услуг)”:**

- 2.1. Объем флакона 50-100 мл.
- 2.2. Содержит феноловый красный.
- 2.3. Содержит антибиотик.
- 2.4. Без гепарина.
- 2.5. Стерильность.
- 2.6. Тест на эмбриотоксичность.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку  
(годности, стерильности):**

- 3.1. Срок годности, стерильности: не менее 50% от установленного  
изготовителем на момент поставки.

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>п/п | Наименование                                                         | Ед.<br>измерения | Кол-во |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| 1.       | Среда для оплодотворения ооцитов с антибиотиком                      | мл               | 5 500  |
| 2.       | Среда для культивирования эмбрионов с 1-го по 6 день одноступенчатая | мл               | 1 600  |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:****2.1. Среда для оплодотворения с антибиотиком.**

- 2.1.1. Объем флакона 20-60 мл.
- 2.1.2. Наличие человеческого сывороточного альбумина в среде.
- 2.1.3. Содержит антибиотик.
- 2.1.4. Содержит феноловый красный.
- 2.1.5. Тест на эмбриотоксичность.

**2.2. Среда для культивирования эмбрионов с 1-го по 6-ой день одноступенчатая.**

- 2.2.1. Флакон с завинчивающейся крышкой.
- 2.2.2. Объем флакона 20-30 мл.
- 2.2.3. \*Содержит альбумин человека не менее 0,5%,  $\alpha$ - и  $\beta$ -глобулины.
- 2.2.4. Тест на эмбриотоксичность.

\* Содержание указанных компонентов достоверно увеличивает количество эмбрионов высокого качества, получаемых в результате культивирования.

Невыполнение данного пункта ведет к отклонению предложения.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

- 3.1. Срок годности, стерильности: не менее 50% от установленного изготовителем на момент поставки.

БелМТ №103/26

лот 4

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>п/п | Наименование              | Ед.<br>измерения | Кол-во |
|----------|---------------------------|------------------|--------|
| 1.       | Минеральное масло для ВРТ | мл               | 10 300 |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:**

- 2.1. Объем флакона 100-500 мл.
- 2.2. Флакон с завинчивающейся крышкой.
- 2.3. Тест на эмбриотоксичность.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

- 3.1. Срок годности, стерильности: не менее 50% от установленного изготовителем на момент поставки.

БелМТ №103/26

лот 5

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>п/п | Наименование                   | Ед.<br>измерения | Кол-во |
|----------|--------------------------------|------------------|--------|
| 1.       | Раствор фермента гиалуронидазы | мл               | 120    |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:**

2.1. Действующее вещество – гиалуронидаза.

2.2. Фасовка не более 1 мл во флаконе.

2.3. Тест на эмбриотоксичность.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

3.1. Срок годности, стерильности: не менее 50% от установленного изготовителем на момент поставки.

БелМТ №103/26

лот 6

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>п/п | Наименование | Ед.<br>измерения | Кол-во |
|----------|--------------|------------------|--------|
| 1.       | Среда PVP    | мл               | 15     |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:**

2.1. Фасовка не более 0,2 мл во флаконе.

2.2. Тест на эмбриотоксичность.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

3.1. Срок годности, стерильности: не менее 50% от установленного изготовителем на момент поставки.

БелМТ №103/26

лот 7

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**2. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| № п/п | Наименование                                 | Ед. измерения | Кол-во |
|-------|----------------------------------------------|---------------|--------|
| 1.    | Среда для переноса эмбрионов одноступенчатая | мл            | 450    |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:**

- 2.1. Флакон с завинчивающейся крышкой.
- 2.2. Объем флакона 10-30 мл.
- 2.3. Содержание альбумина человека не менее 0,5%.
- 2.4. Содержит феноловый красный.
- 2.5. Тест на эмбриотоксичность.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

- 3.1. Срок годности, стерильности: не менее 50% от установленного изготовителем на момент поставки.