

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

БелМТ №1249/25

**Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий
Лот №1**

**Расходные материалы для системы инактивации Mirasol
патогенов в тромбоцитах**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

Наименование	единица измерения	Количество (шт)
Расходные материалы (набор) для системы инактивации Mirasol патогенов в тромбоцитах предназначены для обработки тромбоцитов донора в плазме с использованием камеры светового облучения Mirasol (Terumo BCT), находящихся на балансе организаций службы крови республики.	набор	1100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

*2.1. Набор - стерильный, герметичный, для одноразового использования.

*2.2. Обеспечивает инактивацию вирусов (ВИЧ, гепатита В, гепатита С и др.), грамположительных и грамотрицательных бактерий, простейших, лейкоцитов в соответствии с параметрами, декларируемыми производителем системы инактивации Mirasol.

2.3. Пластик контейнера для хранения тромбоцитов в плазме, патогенредуцированных, должен обеспечивать газопроницаемость, срок годности тромбоцитов – не менее 5-ти суток при температуре от +20°C до +24°C.

2.4. Возможность проведения стерильного соединения совместимых трубок (магистралей) контейнера набора диаметром от 3,9 до 4,5 мм с номинальным внутренним диаметром 3 мм с использованием устройства для стерильного соединения трубок (магистралей).

2.5. Упаковка набора обеспечивает стерильность и защиту от влаги.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение участника подлежит отклонению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №1249/25

Лот №2

**Расходные материалы для системы инактивации Mirasol
патогенов в плазме**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

Наименование	единица измерения	Количество (шт)
Расходные материалы (набор) для системы инактивации Mirasol патогенов в плазме предназначены для обработки плазмы донора с использованием камеры светового облучения Mirasol (Terumo BCT), находящихся на балансе организаций службы крови республики.	набор	1775

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

*2.1. Набор - стерильный, герметичный, для одноразового использования.

*2.2. Обеспечивает инактивацию вирусов (ВИЧ, гепатита В, гепатита С и др.), грамположительных и грамотрицательных бактерий, простейших, лейкоцитов в соответствии с параметрами, декларируемыми производителем системы инактивации Mirasol.

2.3. Пригодность контейнера (контейнеров) с плазмой патогенредуцированной для замораживания на специальном оборудовании для быстрого замораживания плазмы крови человека, хранения в морозильниках, размораживания.

2.4. Возможность проведения стерильного соединения совместимых трубок (магистралей) контейнеров набора диаметром от 3,9 до 4,5 мм с

номинальным внутренним диаметром 3 мм с использованием устройства для стерильного соединения трубок (магистралей).

2.5. Упаковка набора обеспечивает стерильность и защиту от влаги.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение участника подлежит отклонению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №1249/25

Лот №3

**Расходные материалы для системы инактивации Intercept
патогенов в плазме**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

Наименование	единица измерения	Количество (шт)
Расходные материалы (набор) для системы инактивации Intercept патогенов в плазме предназначены для обработки плазмы донора с использованием облучателя Intercept (Cerus), находящихся на балансе организаций службы крови республики.	набор	2808

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

*2.1. Набор - стерильный, герметичный, для одноразового использования.

*2.2. Обеспечивает инактивацию вирусов (ВИЧ, гепатита В, гепатита С и др.), грамположительных и грамотрицательных бактерий, простейших, лейкоцитов в соответствии с параметрами, декларируемыми производителем системы инактивации Intercept.

2.3. Пригодность контейнера (контейнеров) с плазмой патогенредуцированной для замораживания на специальном оборудовании

для быстрого замораживания плазмы крови человека, хранения в морозильниках, размораживания.

2.4. Возможность проведения стерильного соединения совместимых трубок (магистралей) контейнеров набора диаметром от 3,9 до 4,5 мм с номинальным внутренним диаметром 3 мм с использованием устройства для стерильного соединения трубок (магистралей).

2.5. Упаковка набора обеспечивает стерильность и защиту от влаги.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение участника подлежит отклонению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №1249/25

Лот №4

**Расходные материалы для системы инактивации Intercept
патогенов в тромбоцитах**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

Наименование	единица измерения	Количество (шт)
Расходные материалы (набор) для системы инактивации Intercept патогенов в тромбоцитах предназначены для обработки тромбоцитов донора в плазме с использованием облучателя Intercept (Cerus), находящихся на балансе организаций службы крови республики.	набор	1296

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

*2.1. Набор - стерильный, герметичный, для одноразового использования.

*2.2. Обеспечивает инактивацию вирусов (ВИЧ, гепатита В, гепатита С и др.), грамположительных и грамотрицательных бактерий, простейших, лейкоцитов в соответствии с параметрами, декларируемыми производителем системы инактивации Intercept.

2.3. Пластик контейнера для хранения тромбоцитов в плазме,

патогенредуцированных, должен обеспечивать газопроницаемость, срок годности тромбоцитов – не менее 5-ти суток при температуре от +20°C до +24°C.

2.4. Возможность проведения стерильного соединения совместимых трубок (магистралей) контейнеров набора диаметром от 3,9 до 4,5 мм с номинальным внутренним диаметром 3 мм с использованием устройства для стерильного соединения трубок (магистралей).

2.5. Упаковка набора обеспечивает стерильность и защиту от влаги.

Выполнение требований пункта задания, отмеченного звездочкой (*), является обязательным, и при его невыполнении предложение участника подлежит отклонению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.