

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

На № 04.06.2026 № 4-17/бз
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на «**Пакеты процедурные**» (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преysкурaнт и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **09.06.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения
Пакеты процедурные

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот№1 Пакет процедурный кардиохирургический для аорто-коронарного шунтирования и для клапанной коррекции	Покрытие кардиохирургическое 1 шт	600 комплект
	Покрытие защитное усиленное для стола 2 шт	
	Покрытие защитное для стола 10 шт	
	Покрытие хирургическое 3 шт	
	Покрытие хирургическое с адгезивным краем 3 шт	
	Халат хирургический с усиленной защитой от влаги, XL - 5 шт	
	Отсос типа Янкауэр, с соединительной магистралью 1 шт	
	Лоток почкообразный 1 шт	
	Чаша 500-600 мл. 3 шт	
	Чаша 200 мл. 2 шт	
	Очиститель наконечника - 1 шт	
	Организатор для ниток 2 шт	
	Набор сосудистых турникетов – 1 набор (10 трубок, 2 петли)	
	Прокладка фетровая, 12-14мм x 16 см – 1 шт	
	Покрытие Майо -2 шт	
	Канюля сосудистая - 1 шт	

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №2 Пакет процедурный для сосудистой хирургии для АБВИ	Покрывание защитное усиленное для стола 2 шт	150 комплектов
	Покрывание защитное для стола 5 шт	
	Покрывание хирургическое 3 шт	
	Покрывание хирургическое с адгезивным краем 5 шт	
	Покрывание защитное хирургическое 10 шт	
	Халат хирургический с усиленной защитой, XL - 5 шт	
	Отсос типа Янкауэр, с соединительной магистралью 1 шт	
	Чехол для ультразвукового датчика 2 шт	
	Чаша 500-600 мл. 2 шт	
	Чаша не менее 200 мл. 1 шт	
	Покрывание прозрачное защитное 2 шт	
	Очиститель наконечника - 1 шт	
	Организатор для ниток 1 шт	
	Покрывание Майо - 2 шт	
	Организатор для инструментов 1 шт	
	Канюля сосудистая 1 шт	

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Лот №1 Пакет процедурный кардиохирургический для аорто-коронарного шунтирования и для клапанной коррекции	
2.1 Покрывание кардиохирургическое : 2.1.1. Простыня операционная одним полотном (не менее 230см*360см) с выделением операционного поля (20см*35см) и липким слоем. (Операционное поле: от верхнего края – 120см-150см, с пометкой «верх↑»)	
2.2 Покрывание защитное усиленное для стола: 2.2.1 Простыня защитная усиленная для стола (не менее 110см*140-150см) * использовать в качестве упаковки	
2.3 Покрывание защитное для стола 2.3.1 Простыня защитная для стола (не менее 100см*120-130см). Покрывание должно быть устойчиво к воздействию жидкостями.	
2.4 Покрывание хирургическое 2.4.1 Простыня с впитывающим слоем (не менее 150*90 см). Покрывание должно	

удерживать большой объем жидкостей.

2.5. Покрытие хирургическое с адгезивным краем

2.5.1. Пеленка с впитывающим слоем (не менее 90*90 см)

2.6 Халат хирургический с усиленной защитой от влаги, XL

2.6.1 Халаты размером XL,

2.6.2.Халаты усиленные по всей передней части и рукава минимум до середины плеча.

2.6.3.Материал изготовления SMS 40 GSM (усиленная часть) и SMS 28 GSM.

2.6.4.*упаковано в индивидуальную стерильную упаковку

2.6.5.В наличии должны быть трикотажные манжеты длиной не менее 5 см.

2.7. Отсос типа Янкауэр, с соединительной магистралью

2.7.1 Длина магистрали 300-350 см. Без вакуум контроля.

2.8. Лоток почкообразный

2.8.1 Лоток почкообразный из медицинского пластика - не менее 600 мл.

2.9. Чаша

2.9.1. Чаша из медицинского пластика объемом не менее 500 мл.

2.10 Чаша

2.10.1. Чаша из медицинского пластика объемом не менее 200 мл.

2.11 Очиститель наконечника

2.11.1 размер площадки 2''*2'' квадратной формы. Подушечка должна быть совместима с биполярным устройством, иметь покрытие для предотвращения повреждения электродов. Иметь износостойкую шероховатую рабочую поверхность, покрытую абразивным материалом.

2.12. Органайзер для ниток

2.12.1 Органайзер для ниток на 8 слотов, на клейкой основе.

2.12.2*упаковано в индивидуальную стерильную упаковку

2.13. Набор сосудистых турникетов (10 трубок, 2 петли)

2.13.1. Набор состоит из 2-ух металлических петель, 2-ух прозрачных, 2-ух голубых и 4-ех красных трубок. Все трубки имеют рентгеноконтрастную полосу.

2.13.2.Назначение: фиксация канюль ИК.

2.13.3. *упаковано в индивидуальную стерильную упаковку.

2.14. Прокладка фетровая, 12-14мм х 16

2.14.1.Размер: 12 мм х 160 мм. Толщина минимум 2,2мм.

2.14.2. Игольчатый текстильный войлок из полиэфирной нити.

2.14.3. Возможно использование в качестве опоры под швы левого желудочка сердца.

2.14.4.*упаковано в индивидуальную стерильную упаковку.

2.14. Покрытие Майо

2.14.1. покрытие для стола (не менее 75см*145см)

2.15. Канюля сосудистая

2.15.1. Канюля сосудистая 4-5 см

2.15.2. *упаковано в индивидуальную стерильную упаковку.

Лот №2

Пакет процедурный для сосудистой хирургии для АББШ

2.1 Покрытие защитное усиленное для стола

2.1.1.Простыня защитная усиленная для стола (не менее 110см*190см)

2.1.2. использовать в качестве упаковки

2.2 Покрытие защитное для стола

2.2.1 Простыня защитная для стола (не менее 90см*130см). Должна быть устойчива к сквозному промоканию

2.3 Покрытие хирургическое

2.3.1 Простыня с впитывающим слоем (не менее 150*90 см). Покрытие должно удерживать большой объем жидкостей.

2.4. Покрытие хирургическое с адгезивным краем

2.4.1. Пеленка с впитывающим слоем (не менее 75*110 см)

2.5. Покрытие защитное хирургическое

2.5.1. Пеленка с впитывающим слоем (не менее 100*110 см). Покрытие должно быть устойчиво к воздействию жидкостями.

2.6 Халат хирургический с усиленной защитой от влаги, XL

2.6.1 Халаты размером XL,

2.6.2. Халаты усиленные по всей передней части и рукава минимум до середины плеча.

2.6.3. Материал изготовления SMS 40 GSM (усиленная часть) 2.6.4. упаковано в индивидуальную стерильную упаковку

2.6.5. В наличии должны быть трикотажные манжеты длиной не менее 5 см.

2.7. Отсос типа Янкауэр, с соединительной магистралью

2.7.1 Длина магистрали 300-350 см. С вакуум контролем.

2.7.2. упаковано в индивидуальную стерильную упаковку

2.8. Чехол для ультразвукового датчика

2.8.1 Чехол для ультразвукового датчика 15-300 см.

2.8.2. упаковано в индивидуальную стерильную упаковку

2.9. Чаша

2.9.1. Чаша из медицинского пластика объемом не менее 500 мл.

2.10 Чаша

2.10.1. Чаша из медицинского пластика объемом не менее 200 мл.

2.11. Покрытие прозрачное защитное

2.11.1 Для лампы. Диаметр 100 см. с резинкой по краю

2.12. Очиститель наконечника

2.12.1. Размер площадки 2''*2'' квадратной формы. Иметь износостойкую шероховатую поверхность, покрытую абразивным материалом. Рабочая поверхность прочно должна крепиться к основе и не отслаиваться самопроизвольно при приложении усилия.

Полимерный материал очистителя наконечника не должен содержать латекс.

2.13. Органайзер для ниток

2.13.1 Органайзер для ниток на 8 слотов, на клейкой основе.

2.13.2 * упаковано в индивидуальную стерильную упаковку

2.14. Органайзер для инструментов

2.14.1 Прозрачный мешок на два отсека с адгезивным краем с одной стороны.

2.14.2 * упаковано в индивидуальную стерильную упаковку

2.15. Канюля сосудистая

2.15.1. Канюля сосудистая 4-5 см

2.15.2. упаковано в индивидуальную стерильную упаковку.

2.16. Покрытие Майо

2.16.1 покрытие для стола (не менее 75см*145см)