

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Расходные материалы к аппарату аутогемотрансфузии модели AutoLog (Medtronic), состав одного набора:	набор	80
1.1.1	Резервуар для сбора крови	шт.	1
1.1.2	Магистраль с центрифугой	шт.	1
1.1.3	Мешок для сбора приготовленной эритромаcсы	шт.	1
1.1.4	Мешок для слива промывочных растворов	шт.	1
1.1.5	Линия для отсоса крови с линией промывки антикоагулянтom	шт.	1
1.1.6	Линия для вакуума	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Характеристики (показатели)	Примечания
2.1	Совместимость с аппаратом аутогемотрансфузии модели AutoLog (Medtronic)	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №301/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий^

№ п/п	Требования, предъявляемые к товарам	Ед. изм.	Коли- чество
1.1	Картридж LR или аналог	шт.	6000
1.2	Картридж HR или аналог	шт.	8000
1.3.	Картридж с гепариназой	шт.	500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Совместимость с аппаратами определения времени активированного свертывания крови АСТ II, АСТ plus (Medtronic).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. согласно аукционным документам организатора.