

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу)

№п/п	Наименование	Базовые параметры	Кол-во
1	Настольная центрифуга-вортекс	Перечислены в технических требованиях	1 шт.
2	Ротор для 1.5 мл пробирок	ротор для 12×1.5 мл пробирок	1 шт.
3	Ротор для 0.5 мл и 0.2 мл пробирок	ротор для 12×0.5 мл и 12×0.2 мл пробирок	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1 Скорость вращения: не менее 2800 об/мин

2.2 Относительная центробежная сила (RCF): не менее 500 x g

2.3 Открытого типа: да

2.4 Два режима работы: непрерывный и импульсный

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.