

БелМТ №388/26

лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (лот 1).**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Набор фиксаторов и инструментария для лечения перипротезных переломов бедренной кости	шт.	899
1.2	Комплект инструментов	комплект	9

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1.	Широкая изогнутая пластина с блокированием винтов для остеосинтеза перипротезных переломов бедренной кости – 180 шт.: 245-282 мм – 20 шт. 295-335 мм – 50 шт. 340-390 мм – 110 шт. В случае предложения пластин для правой и левой стороны – равномерное распределение. 2.1.2 Костные винты 2.1.2.1 Кортикальные самонарезающие блокируемые костные винты 5,0 мм, длины: 40 мм – 350 шт. 44-46 мм – 260 шт. 50 мм – 120 шт. 54-56 мм – 100 шт. 60 мм – 140 шт.	2.1.1 Ширина пластины – 16-19 мм. 2.1.2 Толщина пластины – 5,0-7,0 мм. 2.1.3 Пластина должна быть изогнута в соответствии с естественной кривизной бедренной кости. 2.1.4 Отверстия пластины должны обеспечивать возможность фиксации к пластине серкляжного кабеля с помощью серкляжных фиксаторов . 2.1.2 Костные винты 2.1.2.1 Кортикальные самонарезающие блокируемые костные винты: 2.1.2.1.1 Наличие резьбы на головке винта для блокирования в отверстии пластины.

	64-66 мм – 170 шт. 70 мм – 160 шт. 2.1.2.3 Кортикальные самонарезающие костные винты $\varnothing$ 4,5 мм: 40 мм – 70 шт. 44-46 мм – 80 шт. 50 мм – 40 шт. 54-56 мм – 30 шт. 60 мм – 30 шт.	2.1.2.1.2 Возможность нарезания резьбы винтом при его введении. 2.1.2.1.3 Диаметр резьбовой части тела винта – 5.0 мм, длина 36-60 мм. 2.1.2.3 Кортикальные самонарезающие костные винты $\varnothing$ 4,5 мм, длина 40-60 мм.
2.2	2.2.1 Фигурная пластина с угловой стабильностью винтов (с возможностью полиаксиального блокирования) для дистального отдела бедренной кости – 180 шт. Длина пластин: 10-12 отверстий (260-310 мм) – 20 шт. 12-14 отверстий (295-350 мм) – 50 шт. 14-16 отверстий (340-390 мм) – 110 шт. Равномерное распределение для левой и правой сторон. 2.2.2 Костные винты 2.2.2.1 Кортикальные самонарезающие блокируемые костные винты 5,0 мм: 38 мм – 40 шт. 40 мм – 45 шт. 44-46 мм – 85 шт. 50 мм – 35 шт. 54-56 мм – 35 шт. 60 мм – 80 шт. 64-66 мм – 70 шт. 70 мм – 140 шт.	2.2. Анатомически предизогнутая пластина для остеосинтеза переломов дистального отдела бедренной кости в условиях выраженного раздробления, остеопороза и/или перипротезных переломов. 2.2.1.1 Позиционирование по латеральной поверхности дистальной части бедренной кости. 2.2.1.2 Пластина должна различаться по дизайну для правой и левой конечности и учитывать естественную кривизну бедренной кости. 2.2.1.3 Пластина должна предусматривать возможность установки как блокируемых винтов 5.0, так и кортикальных винтов 4.5. 2.2.1.4 Отверстия в метафизарной части предназначены для введения винтов $\varnothing$ 5.0 мм, минимальное количество отверстий под винты с возможностью полиаксиального блокирования в количестве пяти в области метаэпифиза. 2.2.1.5 Пластина должна содержать отверстия для временной фиксации пластины спицами Киршнера. 2.2.2 Костные винты, совместимые с типом и размером пластин 2.2.2.1 Кортикальные самонарезающие блокируемые костные винты: 2.2.2.1.1 Наличие резьбы на головке винта для блокирования в отверстии пластины. 2.2.2.1.2 Возможность нарезания резьбы винтом при его введении. 2.2.2.1.3 Диаметр резьбовой части тела винта – 5.0 мм, длина 38-90 мм - 1000 шт.

	74-76 мм – 195 шт. 80 мм - 165 шт. 84-86 мм – 75 шт. 90 мм – 35 шт. 2.2.2.3 Кортикальные самонарезающие костные винты $\varnothing$ 4,5 мм 40 мм – 85 шт. 44-46 мм – 120 шт. 50 мм – 85 шт. 54-56 мм – 60 шт. 60 мм – 50 шт. 2.2.2.4 Кортикальные самонарезающие полиаксиальные блокируемые костные винты 50 мм – 65 шт. 54-56 мм – 65 шт. 60 мм – 95 шт. 64-66 мм – 95 шт. 70 мм – 130 шт. 74-76 мм – 125 шт. 80 мм - 95 шт. 84-86 мм – 65 шт. 90 мм – 65 шт.	2.2.2.3 Кортикальные самонарезающие костные винты $\varnothing$ 4,5 мм, длина 40-60 мм, в равномерном распределении по длинам - 400 шт. 2.2.2.4 Костные винты 2.2.2.4.1 Кортикальные самонарезающие блокируемые костные винты. 2.2.2.4.2 Наличие резьбы на головке винта для блокирования в отверстии пластины под углом от оси отверстия. 2.2.2.4.3 Возможность нарезания резьбы винтом при его введении. 2.2.2.4.4 Длина 50-90 мм – 800 шт.
2.3.	Установочный инструментарий для пластин – 4 комплекта	2.3.1 Установочный инструментарий должен включать все необходимые инструменты для малоинвазивного применения пластин с блокированием винтов (в том числе полиаксиальным) для дистального отдела бедренной кости, согласно технологии. 2.3.1.1 контейнеры для стерилизации и хранения инструментов и винтов;
2.4.	2.4.1 Фиксатор серкляжный для перипротезных переломов – 539 шт. 2.4.2 Держатель для фиксатора серкляжного – 539 шт. 2.4.3 Инструменты для перипротезных	2.4.1 Фиксатор серкляжный для перипротезных переломов. 2.4.1.1 Диаметр 1.6-2.0 мм. 2.4.2 Держатель для фиксатора серкляжного для пластин блокирующих компрессирующих 4.5/5.0. 2.4.2.1 Форма коническая, наличие отверстия для серкляжа.. 2.4.4 Инструменты для перипротезных кабелей должны включать необходимые

	кабелей – 5 комплектов	составляющие для проведения, натяжения и фиксации кабеля
--	------------------------	--

Примечание: предложение, не соответствующие пунктам технических требований отмеченных «*» (астериксом) подлежат к отклонению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.