

1. Состав оборудования (1 комплекта).

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Основание стола	1 шт.
1.2.	Секционная панель стола	1 шт.
1.3.	Съемные антистатические подушки для секций	1 компл
1.4.	Дополнительные элементы:	
1.4.1	Анестезиологическая дуга (штук)	1 шт.
1.4.2	Опора для рук	1 пара
1.4.3	Опора для ног	1 пара
1.4.4	Стяжной ремень для туловища	1 шт.

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1	Основание стола	Наличие
2.2	Опоры	Наличие
2.3	Возможность передвижения (колеса)	Наличие
2.4	Разделение панели стола на секции	не менее 4
2.5	Регулировка секций	Наличие
2.6	Гидравлический механизм подъема и опускания стола	Наличие
2.7	Ножная педаль подъема и опускания стола	Наличие
2.8	Механизм бокового наклона панели	Наличие
2.9	Продольный наклон панели стола	не менее 30 градусов
2.10	Съемные антистатические подушки для секций	наличие
2.11	Ширина	не менее 500 мм
2.12	Длина	не менее 2100 мм
2.13	Высота	не более 1100мм
2.14	Грузоподъемность стола	не менее 160 кг

3. Требования, предъявляемые к качеству товару, гарантийному сроку (годности, стерильности) – согласно аукционным документам организатора.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий: на 1 комплект

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Стол перевязочный	1 шт

2. Технические требования:

№	Название	Наличие функции или величина параметра
2.1.	Стол перевязочный	
2.1.1	Передвижной с механическим управлением	Наличие
2.1.2	Пятисекционная панель стола (головная, спинная, центральная, ножная-разделённая)	Наличие
2.1.3	Регулировка панели стола вверх-вниз	Наличие
2.1.4	Подъём и опускание стола осуществляется гидравлически с помощью ножной педали	Не менее
2.1.5	Регулировка секций	Наличие
2.1.6	Механизм бокового наклона панели	Наличие
2.1.7	Регулировка продольного наклона панели не менее 30 градусов	Наличие
2.1.8	Грузоподъёмность стола не менее	160кг
2.1.9	Панель стола	Ширина не менее 500мм Длина не менее 1900мм Высота не менее 750 мм
2.1.10	Опоры	Колёса поворотные, самоориентирующиеся 120-150 мм
2.1.11	Автономное тормозное устройство на колёсном основании	Не менее 2
2.1.12	Детали стола должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов и сплавов или иметь покрытие устойчивое к коррозии и к применяемым дезинфицирующим средствам.	Наличие

3. Требования к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию медицинской техники.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Состав (комплектация) оборудования	Единица измерения	Количество
стол операционно-перевязочный	Шт	13

2. Технические требования

2.1. Стол операционно-перевязочный, передвижной для малой хирургии, универсальный, многофункциональный.

2.2. Общая длина не менее 1950 мм, безопасная рабочая нагрузка не менее 120 кг.

2.3. Гидропривод для регулировки высоты ложа.

2.4. Возможные положения Тренделенбург, антиТренделенбург

2.5. Гидропривод 28-30 градусов:

Боковой наклон 20/20 градусов, спинная секция (вверх, вниз), пневмопривод 65-30 градусов, ножная секция съёмная (вверх/вниз) пневмопривод 16 /85

2.6 Широкий выбор аксессуаров для повышения функциональности стола.

2.7 Прочная, антистатическая, устойчивая обивка к дезинфекции, выполненная по бесшовной технологии.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) - согласно аукционным документам организатора.