

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

На № 04.06.2026 № 4-14/226
ад _____

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

Руководителю предприятия

ЗАПРОС

информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Одеяло термостабилизирующее»** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **09.06.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения
Одеяло термостабилизирующее

1. Состав (комплектация) ИМН

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
Лот №1 Одеяло термостабилизирующее полноразмерное	Наличие дополнительных принадлежностей и/или элементов (фиксирующих элементов (лент/полосок) и т.д.) определяет производитель;	150 шт.
Лот №2 Одеяло термостабилизирующее для области выше пояса	Наличие дополнительных принадлежностей и/или элементов (фиксирующих элементов (лент/полосок) и т.д.) определяет производитель;	100 шт.
Лот №3 Одеяло обогревающее для систем конвекционного обогрева		20 шт

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

Лот №1

- Одеяло должно полностью закрывать тело пациента;
- Одеяло должно иметь неvented участок в области ступней, для предотвращения перегрева нижних конечностей;
- Наличие не менее одного порта для подключения шланга системы обогрева;
- Размер не менее 210 см (+/- 15 см) x 90 см (+/- 15 см) см.;
- Все расходные материалы в индивидуальной упаковке;
- Одеяло должно быть совместимо с системой конвекционного обогрева пациента Bair Hugger или WARM AIR имеющейся на балансе учреждения.

Лот №2

- Одеяло обогревающее для области выше пояса, которое должно закрывать верхнюю часть торса, руки, шею и голову пациента;
- Наличие не менее одного порта для подключения шланга системы обогрева;
- Наличие прозрачной головной пленки обеспечивающей врачу возможность наблюдения за головой интубированного пациента;
- Одеяло должно быть совместимо с системой конвекционного обогрева пациента Bair Hugger или WARM AIR имеющейся на балансе учреждения;
- Размер: 200 см (+/- 25 см) x 85 см (+/- 15 см).;
- Все расходные материалы в индивидуальной упаковке.

Лот №3

- Одеяло для нижней части тела с удлиненным портом для подключения воздуховода.
- Совместимость с имеющимся в учреждении устройством Bair Hugger.
- Размер не менее 150 см x 90 см.
- Стерильные, одноразового применения.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

-
- 3.1. наличие действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;
- 3.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.