

**Приложение 1 к заявке на закупку
Изделий медицинского назначения для эндоскопии.**

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер п/п	Наименование	Ед.изм	Количество
1	Щипцы хирургические (биопсийные щипцы)	штук	750
2	Щипцы хирургические (биопсийные щипцы)	штук	300
3	Загубник	штук	850
4	Инструменты к эндоскопам (щетки для чистки каналов)	штук	200
5	Инструменты к эндоскопам (щетки для чистки каналов)	штук	850
6	Инструменты к эндоскопам (щетки для чистки каналов)	штук	1050
7	Клапан (заглушка) инструментального канала для видеогастроскопа	штук	200
8	Петля для полипэктомии к гибким эндоскопам	штук	1

2. Технические требования:

Наименование	Технические требования
1. Щипцы хирургические (биопсийные щипцы)	1. Овальные бранши 2. Бранши с отверстиями 3. Щипцы с иглой 4. Под инструментальный канал 2,8мм, длина не менее 1800 мм. 5. Одноразовые.
2. Щипцы хирургические (биопсийные щипцы)	1. Овальные бранши 2. Бранши с отверстиями 3. Щипцы с иглой 4. Под инструментальный канал 3,8мм, длина 2300 мм. 5. Одноразовые
3. Загубник	1. Диаметр вводимой трубки не более 16мм 2. Наличие не менее 2-х портов для аспирации выделений. 3. С универсальной стропой. 4. Одноразовый.
4. Инструменты к эндоскопам (щетки для чистки каналов)	1. рабочая длинна 2300мм 2. длинна щетки не менее 20мм 3. для канала диаметром 3,8мм 4. двухсторонняя 5. одноразовая

5. Инструменты к эндоскопам (щетки для чистки каналов)	1. рабочая длинна 2300мм 2. длинна щетки не менее 20мм 3. для канала диаметром 2,8мм 4. двухсторонняя 5. одноразовая
6. Инструменты к эндоскопам (щетки для чистки каналов)	1. Для канала вода/воздух (клапанная щетка) 2. Рабочая длина не более 170 мм 3. Двухсторонняя 4. Диаметр длинной щетки – не более 12мм, длинна – не более 40 мм 5. Диаметр короткой щетки – не более 5 мм, 6. длинна – не более 25мм 7. Одноразовые.
7. Клапан (заглушка) инструментального канала для видеогастроскопа	1. Для видеогастроскопа Sono - Scape EG-500 (или аналог)
8. Петля для полипэктомии к гибким эндоскопам	1. Многоцветная 2. Автоклавируемая при температуре 132 ⁰ -134 ⁰ С 3. Форма овальная 4. Диаметр -25-35 мм 5. Для канала 3,8
	6. Длинна не менее 2300мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации: согласно аукционным документам организатора.