

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (лот 1).

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Стерилизатор газовый этиленоксидный	штука	1
1.1	Встроенный принтер для графического и цифрового протоколирования параметров стерилизационного цикла	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. Оборудование должно позволять стерилизовать любые термолabileльные изделия и материалы (эндоскопы, лапароскопы, электронику и т.д.).
- 2.2. Объем стерилизационной камеры должен быть от 110 – 140 литров.
- 2.3. Стерилизация должна осуществляться при температурных режимах 37-55 градусов С, выбираемых пользователем по выбору.
- 2.4. Возможность как автоматического, так и ручного прерывания цикла стерилизации при возникновении ошибки и отображения кода ошибки на дисплее.
- 2.5. Стерилизация должна осуществляться одноразовым герметичным картриджем с жидким 100% этиленоксидом.
- 2.6. Автоматическая блокировка дверей в течение цикла стерилизации и аэрации при нарушении в системе подачи электропитания и сжатого воздуха.
- 2.7. Разблокировка дверей оборудования должно проходить только после выполнения аэрации, в том числе при отключении питания.
- 2.8. Наличие графического дисплея, отображающего этапы и параметры цикла стерилизации.
- 2.9. Встроенный принтер должен обеспечивать графическое и цифровое протоколирование следующих параметров стерилизационного цикла:
 - 2.9.1. продолжительность цикла;
 - 2.9.2. температура;
 - 2.9.3. давление;
 - 2.9.4. влажность;
 - 2.9.5. выполнение каждой фазы цикла;
 - 2.9.6. время аэрации.
- 2.10. Питание и коммуникации: источник переменного тока 220В. 50 Гц.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию