



Общество с ограниченной ответственностью «Т-Медика»
225501 Республика Беларусь, г. Столин, ул. Горынская д.178, тел./факс: +375 1655 60277
тел./факс: +375 17 3941717 тел.: +375 29 6313194 тел.: +375 29 3961369 email: info@tmedica.by
УНН 291161295 р/с BY31POIS30120009234501933001 в ОАО "Паритетбанк" г. Минск, БИК POISBY2X

АКТ обследования

г. Жодино

«07» мая 2026г.

Сервисная служба ООО «Т-Медика» произвела обследование медицинского оборудования:

Система сушки и хранения гибких эндоскопов ТЭНДО-4НС зав.№ 2104091

(наименование оборудования)

в лечебном учреждении:

УЗ «Жодинская центральная городская больница»

(наименование учреждения – собственника оборудования)

В результате проведенного обследования установлено:


Система сушки и хранения гибких эндоскопов ТЭНДО-4НС неисправна.

Неисправность выражена в неработоспособности принтера чеков, не тянет ленту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система сушки и хранения гибких эндоскопов ТЭНДО-4НС требует ремонта с заменой принтера чеков.

Главный инженер ООО «Т-Медика»



Е.В.Мисеюк

Н.И. Мисеюк