

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Реагенты, контрольные и расходные материалы для автоматической системы определения функции тромбоцитов Multiplate (ROCHE Diagnostics GmbH, Германия)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ ЛОТ	Наименование ЛОТа	Требования, предъявляемые к товару, состав/размер	Ед. изм.	Количество
1.	Реагенты, контрольные и расходные материалы для автоматической системы определения функции тромбоцитов Multiplate (ROCHE Diagnostics GmbH, Германия)	Индуктор АДФ	тест	600
		Индуктор пептид, активирующий рецептор тромбина	тест	600
		Индуктор арахидоновая кислота	тест	600
		Набор жидких контролей	Упаковки	4
2	Расходные материалы для автоматической системы определения функции тромбоцитов Multiplate (ROCHE Diagnostics GmbH, Германия)	Тест-ячейки	штук	1800
3.	Расходные материалы (системы для забора крови) для автоматической системы определения функции тромбоцитов	1. Вакуумные системы для забора крови с гирудином в составе: 1.1. пробирка с гирудином, объем 1,0-2,0 мл; 1.2. Игла двусторонняя для вакуумных систем для забора венозной крови, безопасная, стерильная, 21Gx1½.	штук	1800

2. Технические характеристики.

2.1. ЛОТ№1, ЛОТ№2. Реагенты, контрольные материалы и расходные материалы должны быть предназначены для применения на автоматической

2.2. ЛОТ №3. Пробирка и игла должны быть совместимы и предназначены для совместного применения без использования адаптера.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора.

Примечание: арендное оборудование на гарантийном обслуживании.

ЛОТ № 4.

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Реагенты и расходные материалы для анализатора КЩС и газов крови EasyStat, производства Medica Corporation, США

1. Состав (комплектация) изделий медицинского оборудования

№	Наименование	Ед изм.	Количество
1.	Электрод натриевый (Na электрод)	Штук	2
2.	Электрод хлора (Cl электрод)	Штук	2
3.	Электрод калиевый (K электрод)	Штук	2
4.	Электрод pH	Штук	2
5.	Электрод pCO ₂	Штук	2
6.	Электрод pO ₂	Штук	2
7.	Референсный электрод	Штук	2
8.	Блок реагентов	Штук	58
9.	Набор для ежедневной промывки/очистки	Штук	4

2. Технические требования для ЛОТа 4. Реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для работы на анализаторе КЩС и газов крови EasyStat, производства Medica Corporation, США, что должно подтверждаться документами производителя.

3. Требования, предъявляемые к сроку годности и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1. Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию: нет.