

ОПИСАНИЕ

состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ лота	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Тест-полоски к глюкометру (Rightest GM100)	штук	2 829 000
3	Тест-полоски к глюкометру (Accu-Chek ® Active)	штук	5 200
4	Тест-полоски к глюкометру (Finetest/Finetest Premium)	штук	6 831 000
5	Тест-полоски к глюкометру (Prolife PM200)	штук	1 482 200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №1. Тест-полоски к глюкометру (Rightest GM100)

- 2.1. Обязательная совместимость с системой контроля уровня глюкозы в крови Rightest GM100.
- 2.2. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);
- 2.3. Минимальная капля крови – не более 2мкл;
- 2.4. Количество в упаковке – не менее 25 штук;
- 2.5. Упаковка должна предохранять тест-полоски от воздействия факторов окружающей среды, не требовать специальных условий хранения и эксплуатации.

ЛОТ №3. Тест-полоски к глюкометру (Accu-Chek ® Active)

- 2.1. Обязательная совместимость с системой контроля уровня глюкозы в крови Accu-Chek ® Active.
- 2.2. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);
- 2.3. Минимальная капля крови – не более 2мкл;
- 2.4. Количество в упаковке – не менее 25 штук;
- 2.5. Упаковка должна предохранять тест-полоски от воздействия факторов окружающей среды, не требовать специальных условий хранения и эксплуатации.

ЛОТ №4. Тест-полоски к глюкометру (Finetest/Finetest Premium)

- 2.1. Обязательная совместимость с системами контроля уровня глюкозы в крови Finetest и Finetest™ Auto-coding Premium.
- 2.2. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);
- 2.3. Минимальная капля крови – не более 2мкл;
- 2.4. Количество в упаковке – не менее 25 штук;
- 2.5. Упаковка должна предохранять тест-полоски от воздействия факторов окружающей среды, не требовать специальных условий хранения и эксплуатации.

ЛОТ №5. Тест-полоски к глюкометру (Prolife PM200)

- 2.1. Обязательная совместимость с системой для определения уровня глюкозы в крови Prolife PM200.
- 2.2. Тест-полоска должна иметь капиллярное строение для обеспечения возможности определения уровня гликемии из пальца и из альтернативных мест (плечо, предплечье, кисть);
- 2.3. Минимальная капля крови – не более 2мкл;
- 2.4. Количество в упаковке – не менее 25 штук;
- 2.5. Упаковка должна предохранять тест-полоски от воздействия факторов окружающей среды, не требовать специальных условий хранения и эксплуатации.