

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	Системы для плазмафереза	Штука	450 шт

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Необходимы системы для плазмафереза типа PL1, применяемые для процедуры плазмафереза на имеющемся аппарате COM TEC, Fresenius, или другие производители должны предоставить документальное подтверждение адаптации систем для плазмафереза к аппарату COM TEC, Fresenius

2.2 Системы имеют стерильную упаковку

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

БелМТ №134/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:

Наборы для проведения терапевтического плазмафереза PL1 с замещением на сепараторах клеток крови AS.TEC204/COM.TEC или аналог

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор для плазмафереза PL1 или аналог	шт.	150

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Все расходные материалы стерильные.

2.2. Все расходные материалы одноразового применения.

2.3. Все расходные материалы упакованы в коробки, предназначенные для складирования при хранении.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Требования к гарантийному сроку (годности, стерильности): срок стерильности расходных материалов – согласно аукционным документам организатора (заказчика).

БелМТ №134/26

лот 3

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

**Комплект расходных материалов (набор) для проведения одноигольного
плазмафереза системой сбора плазмы PCS-2 (Haemonetics, США) или
аналог**

1. Состав (комплектация) набора расходных материалов:

№ п/ п	Наименование	Ед. изм.	Количес тво
1	1.1. Расходные материалы (набор) для сбора плазмы на автоматическом сепараторе предназначен для сбора плазмы крови на автоматическом сепараторе PCS-2, в составе: 1.1.1. Центрифужный колокол высокого разделения крови на ее компоненты, обеспечивающий максимальное удаление лейкоцитов и тромбоцитов из плазмы; 1.1.2. Линия сбора плазмы, которая включает один контейнер объемом не менее 1000 мл с адаптером и соединительную магистраль с иглой для контейнера с раствором хлорида натрия 0,9% для инфузий. 1.1.3. Линия донора, которая включает соединительную магистраль с иглой для контейнера с антикоагулянтом; 1.1.4. Пункционная игла с адаптером	шт.	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Расходные материалы (набор) предназначены для сбора плазмы крови.

2.2. Система сбора плазмы крови должна обеспечивать безопасность заготовки и качество полученной плазмы крови человека, соответствующей по качеству следующим требованиям:

2.2.1. остаточное количество эритроцитов в дозе менее 6×10^9 ;

*2.2.2. остаточное количество лейкоцитов в дозе менее 1×10^6 ;

2.2.3. остаточное количество тромбоцитов в дозе менее 50×10^9 .

2.3. Обеспечение одноигольного доступа.

2.4. Требования к игле:

2.4.1. игла для венепункции с защитным колпачком, диаметр иглы 16G или 17G;

2.4.2. наличие атравматического отверстия на стенке иглы.

*2.5. Все составные части системы должны соответствовать друг другу с целью соединения в единый замкнутый контур.

2.6. Входящие в систему составные части должны быть в индивидуальной стерильной упаковке.

2.7. Наличие на контейнерах этикетки, имеющей свободное место (поле) для внесения дополнительной информации и прочно фиксирующейся на них.

*** требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.**

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности наборов (систем) – согласно аукционных документов организатора