

**ЗАЯВКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНАХ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ГОСЗАКУПКИ**

Для целей определения предельной стоимости предмета госзакупки Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница» проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих товаров: **Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые)**.

Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до **09.06.2026** на электронную почту **vlasova.snab@10gkb.by**

Информация должна содержать: наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании; наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.


Описание предмета закупки

№лота	Наименование товара	Характеристики	Количество
1	Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые) круглые	Согласно ТЗ	110 шт
2	Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые) прямоугольные	Согласно ТЗ	45 шт

Условия поставки и оплаты

Место поставки товара	220096, г. Минск, ул. Уборевича, 73
Порядок поставки товара	Доставка осуществляется за счет поставщика. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит поставщику. Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении
Предполагаемые сроки поставки	не позднее 10 р.д. с момента подписания договора Сторонами
Источник финансирования	Местный бюджет
Порядок оплаты	Не позднее 10 б.д. с момента передачи товара Покупателю

Агент по снабжению
340-02-56



Власова Е.А.

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий

(Таблица № 1)

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.1.	Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), круглые	110
1.2.	Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), прямоугольные	45

2. Технические требования.

(Таблица № 2)

№ п/п	Наименование / Технические требования
2.1.	Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), круглые:
	Съемные фильтры, обеспечивающие не менее 950-1000 циклов стерилизации;
	Диаметр 185-190 мм.
	Наличие совместимости с имеющимися контейнерами

№ п/п	Наименование / Технические требования
2.2	Многоразовые фильтры PTFE (тефлоновые), прямоугольные:
	Съемные фильтры, обеспечивающие не менее 950-1000 циклов стерилизации;
	Длина 230-240 мм, ширина 110-120мм
	Наличие совместимости с имеющимися контейнерами

3. Дополнительные требования.

3.1. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня поставки товара.