

Дефектный акт

<u>Организация-заказчик:</u> УЗ «Минский городской клинический онкологический центр»	<u>Исполнитель:</u> ООО «Медтехнопарк» ул. Советская 124, Минский р-н, Заславль 223034, Беларусь Лицензия МЧС РБ №33134/571-4
<u>Договор на обслуживание:</u> 7С/26 от 19.02.2026	
<u>Контактное лицо:</u> Начальник ОИОЛТ Семковский С.К.	<u>Представитель сервисной службы:</u> Адищов С.П., Пташинский А.С., Жданович Е.Д.
<u>Адрес:</u> 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 64	<u>Дата документа:</u> 18.05.2026
	<u>Время проведения</u> 18.05.2026

Информация об аппарате:

Название	Серийный номер
Система радиотерапевтическая: ускоритель линейный Versa HD производство Elekta Limited	153658

Комментарии заказчика: Диагностическое сообщение «MLC Not Ready»

Результаты обслуживания:

В ходе диагностики выявлен выход из строя платы управления моторами лепестков к ускорителю линейному (Leaf Motor Drive) каталожный номер 1517657.

Для восстановления работоспособности ускорителя линейного необходима замена вышеуказанной запасной части.

Так же выявлен критический износ следующих запчастей:

- плата управления моторами лепестков к ускорителю линейному (Leaf Motor Drive) каталожный номер 1517657;
- мотор с тормозом в сборе для передвижения стола пациента по вертикальной оси к ускорителю линейному (Z-motor and brake) каталожный номер 1572997;
- вентилятор осевой, 5B DC, 40x40x10мм – 2 шт.

Категория работ:

плановое

☐

вне плановое

☒

Тип работ:

гарантийное

☐

не гарантийное

☒

Подпись представителя Заказчика

Нач. отдела ОИОЛТ / Д.А. Баранов

Подпись представителя ООО «Медтехнопарк»

Е.А. Жданович
Д.С. Пташинский