

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения здравоохранения
«21-я центральная районная поликлиника
Заводского района г. Минска»

Н.Я. Мысливчик
« » 2026 г.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик):
аппарат многофункциональный для низкочастотной электротерапии**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Единица измерения	количество
1.1	Аппарат низкочастотной терапии	штука	1
1.2.	Кабель пациента	штука	2
1.3.	Электрод фланелевый с токопроводящей тканью (прямоугольный) размером в пределах ширина x длина (45-55)x(65-75)	штука	2
1.4.	Электрод фланелевый с токопроводящей тканью (прямоугольный) размером в пределах ширина x длина (95-105)x(140- 155)	штука	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1. Аппарат низкочастотной электротерапии должен обеспечивать проведение следующих процедур: гальванизация, диадинамотерапия (ДДТ), амплипульстерапия (СМТ),
- 2.2. В аппарате должна быть предусмотрена защита «пациента по току», автоматическое выключение «тока пациента» с подачей звукового сигнала.
- 2.3. Наличие таймера и отображения режимов работы, параметров воздействующих сигналов и тока осуществляется на дисплее
- 2.4. Электропитание аппарата должно осуществляться от источника переменного напряжения 220В +/- 10%, частотой 50Гц.
- 2.5. Напряжение питающей сети (230±20) В, частота 50/60 Гц.
- 2.6. Потребляемая мощность не более 100 ВА.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:

Врач-физиотерапевт



С.А. Гончаров

Медицинская сестра по физиотерапии (старшая)



А.Н. Симоненко

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комиссии

по разработке технических характеристик:

Врач-физиотерапевт (заведующий)

физиотерапевтического отделения

учреждения здравоохранения

«5-я городская клиническая больница»,

главный внештатный физиотерапевт

комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Л.Л. Навацкая