

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения здравоохранения
«21-я центральная районная поликлиника
Заводского района г. Минска»

Н.Я. Мысливчик

2026 г.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):
аппарат ультразвуковой терапии**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование оборудования	Единица измерения	Количество
1.1	Электронный блок	шт.	1
1.2	Сменный излучатель с площадью рабочей поверхности 1-2 см ²	шт.	1
1.3	Сменный излучатель с площадью рабочей поверхности 4-5см ²	шт.	1
1.4	Кабель соединительный	шт	1

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь
"О государственных закупках товаров (работ, услуг)":**

- 2.1. Напряжение питающей сети 230±20 В, частота 50/60 Гц.
- 2.2. Режимы работы генератора УЗ-колебаний непрерывный и импульсный.
- 2.3. Наличие таймера.
- 2.4. Интенсивность ультразвуковых колебаний 0-3 Вт/см².
- 2.5. Отображение параметров процедуры на дисплее.
- 2.6. Автоматическое отключение со звуковым сигналом по окончании процедуры.
- 2.7. Наличие одной частоты ультразвуковых колебаний: 0,88 МГц

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному
сроку (годности, стерильности):**

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:

Врач-физиотерапевт



С.А. Гончаров

Медицинская сестра по физиотерапии



А.Н. Симоненко

СОГЛАСОВАНО:

**Председатель комиссии
по разработке технических характеристик:**

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«5-я городская клиническая больница»,
главный внештатный физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Л.Л. Навацкая