

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

На № 05.06.2026 № 4-14/209
ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на «**Аудиометр импедансный**» (см. Приложение 1) **в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, преискуронт и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **10.06.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

ЛОТ №1: Аудиометр импедансный

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1	Аудиометр импедансный	шт.	1
1.2	Диагностический зонд или Клинический зонд	шт.	1
1.3	Блок питания	шт.	1
1.4	Контралатеральный телефон	шт.	Не менее 1
1.5	Набор ушных вкладышей (в комплектации производителя)	к-кт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Наименование	Параметр
2.1	Интерфейс для подключения к компьютеру	Наличие
2.2	Термопринтер	Наличие
2.3	Тимпанометрия (автоматическая, ручная)	Наличие
2.4	Зондирующий тон частотой: 226 Гц, 1000 Гц;	Наличие
2.5	Диапазон измеряемого эквивалентного объема при частоте зондирующего тона 226 / 1000 Гц, не менее	от 0,2 до 8,0 мл ($\pm 5\%$)/ от 0,2 до 8,0 мл ($\pm 5\%$)
2.6	Диапазон измерения давления, не менее	от -600 до +300 даПа
2.7	Тестирование функции евстахиевой трубы для перфорированной, неперфорированной и зияющей барабанной перепонки	Наличие
2.8	Рефлексометрия (автоматическая, ручная)	Наличие
2.9	Тестирование контралатерального рефлекса	Наличие
2.10	Тестирование ипсилатерального рефлекса	Наличие
2.11	Тестирование распада акустического рефлекса	Наличие
2.12	ЖК-дисплей	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.