

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

ЛОТ №1: Офтальмоскоп прямой

1. Состав (комплектация 1 комплекта) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Офтальмоскоп	шт.	1
1.2	Рукоятка	шт.	1
1.3	Блок питания (зарядное устройство)	шт.	1
1.4	Чехол	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Вид офтальмоскопа	Прямой
2.2	Диапазон линз, диоптрий, не менее	От -35 до +40
2.3	Шаг линз, диоптрий:	
2.3.1	в плюс (+), не крупнее	1-10 15 20 40
2.3.2	в минус (-), не крупнее	1-10 15 20 25 35
2.4	Апертуры: щель, бескрасный фильтр, кобальтовый синий фильтр, большой круг, малый круг	Наличие
2.5	Индекс цветопередачи	Не менее 90
2.6	Источник света	LED или ксенон-галогеновый
2.7	Тип рукоятки	перезаряжаемая

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.