

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

ЛОТ 1: Реагенты и расходные материалы для исследования скорости оседания эритроцитов**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол- во
1.1	Тест-карты для определения СОЭ методом Вестергрена	Исследования	20 000
1.2	Контрольный материал СОЭ	мл	Не менее 96 мл
1.3	Промывочный раствор фасовка не более 500 мл (в случае необходимости)	л	Не менее 10 л

2. Технические требования:

2.1.* Предлагаемые изделия медицинского назначения должны быть предназначены для применения на автоматических анализаторах СОЭ. Анализаторы СОЭ (2 шт) предоставляются на правах безвозмездной аренды на период 1 (один) год с возможностью продления для полной выработки исследований.

2.2. Предлагаемый контрольный материал должен состоять из стабилизированных эритроцитов человека, не менее 2-ух уровней. Количество мл в 1 упаковке – не менее 6 фл по 4,0 мл. Контрольный материал должен быть предложен на 1 год, исходя из общего количества исследований на 2 анализатора при выполнении ежедневного контроля качества 5 дней в неделю.

2.3. Промывочные растворы (если требуются в соответствии с инструкцией по эксплуатации) должны быть предложены на 1 год, исходя из общего количества исследований на 2 анализатора при 5 дневной рабочей неделе.

2.4. Требования, предъявляемые к оборудованию:

2.4.1	Функция автоматического флажирования патологических результатов
2.4.2	Результаты исследования должны коррелировать с результатами, полученными методом Вестергрена
2.4.3	Возможность использования первичных пробирок
2.4.4	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя
2.4.5	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов
2.4.6	Возможность проведения внутреннего контроля качества исследований
2.4.7	Порт для подключения внешних устройств
2.4.8	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)
2.4.9	Устойчивость к дезинфекции
2.4.10	Интерфейс на русском языке

2.4.11	Источник бесперебойного питания в комплекте
2.4.12	Принтер в комплекте (встроенный либо внешний)
2.4.13	Производительность не менее 60 проб в час
2.4.14	Тип исследуемых образцов: капиллярная и/или венозная кровь
2.4.15	Возможность проведения единичных/серийный исследований
2.4.16	Время получения первого результата не более 5 минут

Примечание: не выполнение пунктов со знаком «» ведет к отклонению предложения*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

3.2. Гарантийный срок оборудования, предоставляемого в безвозмездное пользование – не менее 12 месяцев.