

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Отсасыватель медицинский	Шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Медицинский аспиратор хирургический.

2.2 Предназначен для носовой, оральной и эндотрахеальной аспирации телесных жидкостей (слизь или катар) у взрослых и детей.

2.3 Вес не более 2,5 кг

2.4 Режим работы: непрерывный

2.5 Энергопотребление: 184 VA

2.6 Максимальное давление всасывания (без банки): 75 КПа

2.7 Максимальный объем всасывания (без банки): 15 л/мин

2.8 В комплекте: емкость для аспирации 1000 миллилитров, конический фитинг набор силиконовых трубок, аспирационный зонд, антибактериальный и влагозащитный фильтры.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ;

3.2. Наличие паспорта, руководства по эксплуатации на русском языке;



3.3. Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

3.4. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев.

Разработчики:

Главная медсестра УЗ «Каменецкая ЦРБ»

Врач-педиатр «Высоковской ГБ»

 В.Г. Стрельчук
 Х.В. Крыжик