

Лот № 1

Приложение 1

к заявке на закупку реагентов к
анализатору мочи «Laura Smart»
(Erba Lachema s.r.o., Чешская
Республика)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Реагенты к анализатору мочи «Laura Smart» (Erba Lachema s.r.o., Чешская Республика)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.	Тест-полоски на анализатор мочи «Laura Smart» (Erba Lachema s.r.o., Чешская Республика)	тест-полоска	2500
2.	Контрольный материал нормальный уровень (отрицательный)	миллилитры	90
3.	Контрольный материал патологический уровень (повышенный)	миллилитры	90

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с анализатором мочи «Laura Smart» (Erba Lachema s.r.o., Чешская Республика), что должно быть подтверждено соответствующими документами производителя.

2.2. Тест-полоски не менее, чем на 10 параметров.

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министрства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.