

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «Минская ЦРКБ»

Барсамян Г.Т.

«___» _____ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуг по ремонту видеогастроскопа Olympus GIF-LV1 зав.№ 2912045.

11

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	УЗ «Минская ЦРКБ»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	д. Боровляны ул. Фрунзенская д. 1
УНП	600208266
Адрес электронной почты	mts.uzmcrb@gmail.com
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	mcrb.by

1. Описание предмета закупки – ремонт видеогастроскопа Olympus GIF-LV1 зав.№ 2912045.

2. Область применения - УЗ «Минская ЦРКБ».

3. Сведения о государственной закупке.

Номер лота(при наличии)	
Предмет государственной закупки	Ремонт видеогастроскопа Olympus GIF-LV1 зав.№ 2912045
Описание потребительских технических и экономических (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ(9знаков)	33.13.12.300
Объем(количество)	1
Срок(график поставки)товаров	2026 год
Придельная стоимость государственной закупки по лоту	6300 бел.руб.
Источник финансирования государственной закупки	Районный бюджет

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором.

Инженер по мед. оборудованию Пальчевский Е.И. раб. т. 5052720, начальник отдела МТС Маркова О.Д. раб. т. 5052788.

5. Заключение договора возложить на комиссию хозяйственно-бытового назначения УЗ «Минская ЦРКБ».

и 1313

Приложение №1

1. Участник должен выполнить следующие виды работ:

Виды работ	Ед. измерения	Количество аппаратов	Примечание
1	2	3	4
Требуется ремонт с заменой следующих запасных частей: оболочка изгибаемой части (гибкая резина) – 1 шт.; оплетка изгибаемая – 1 шт.; трос – 2 шт.; уплотнительное кольцо – 1 шт; боудены в сборе (узел опоры изгибаемой) – 1 шт.; сопло – 1 шт.	штук	1	

Дефектный акт сервисной организации от 26.05.2026г. № КС 3826 прилагается.

Требования к квалификационным данным участников.

В своём предложении участник должен предоставить:

1. Документы, в соответствии со ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 года № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2. Документы (копии), подтверждающие технические возможности участника: -копия заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утверждённого постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021г. № 548 (далее – заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение её технического обслуживания и ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. Квалификация

специалиста подтверждается документом об обучении методам технического обслуживания и ремонта, выданным на его имя производителем данной медицинской техники или его уполномоченным представителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык.

Владелец (пользователь) медицинской техники вправе проверить наличие у исполнителя работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники документов, указанных в части первой или второй настоящего пункта, перед заключением договора на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники и (или) в период его исполнения.

Не требуется наличие документов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонт медицинской техники:

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники;

в период гарантийного срока её эксплуатации;

поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;

изъятый в собственность государства;

изготовленной (произведенной) до 2000 года.

3. В стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки;

3.1. срок выполнения работ – в течение не более 30 (*тридцати*) календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон.*

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)

2.1. Содержание, порядок и качество проведения работ по ремонту медицинской техники осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТНПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78.

2.2. Запасные части должны быть 100% совместимы с медицинской техникой, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).**

2.3. Допускается использование аналога запасной части, по качеству и техническим характеристикам не ниже указанных.

2.4. Работы выполняются по месту нахождения Заказчика (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается

выполнение работ в условиях Исполнителя). Доставка медицинской техники для ремонта на площадях Исполнителя и обратно осуществляется по согласованным сторонами в договоре условиям на основании акта приемки-передачи медицинской техники (агрегатов, узлов, механизмов) в ремонт.

2.5. Доставка запасных частей для проведения ремонта медицинской техники осуществляется Исполнителем и за его счет.

2.6. Выполненные работы по ремонту медицинской техники оформляются актом выполненных работ (оказанных услуг).

2.7. По окончании ремонтных работ Исполнитель должен предоставить:

2.7.1 акт установки запасных частей с указанием наличия драгоценных металлов;

2.7.2. акт технического состояния (заключение, отчет) о степени исправности и работоспособности медицинской техники.

2.8. Специалистом, выполнившим работы по ремонту медицинской техники, после окончания работ производится соответствующая запись в журнале технического обслуживания и ремонта медицинской техники Заказчика.

2.9. Гарантийный срок на оказанные работы (услуги) по ремонту медицинской техники и отремонтированные узлы и блоки составляет не менее 3 (*трех*) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.10. Гарантийный срок на замененные в ходе ремонта запасные части, материалы, узлы и комплектующие устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 3 (*трех*) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.11. В случае некачественного ремонта, обнаруженного в гарантийный период, Исполнитель обязуется приступить к устранению неисправности в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период нахождения медицинской техники в ремонте.

2.12. Отремонтированная медицинская техника, относящаяся к средствам измерений, выдается из ремонта после прохождения поверки у аккредитованного в установленном порядке субъекта с выдачей Заказчику свидетельства о поверке.

*В случае необходимости поставки запасных частей из-за рубежа срок выполнения работ по ремонту – в течение

45 (*сорока пяти*) календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон

****За исключением использования запасных частей, включенных в единую базу учета запасных частей, бывших в эксплуатации, но признанных работоспособными**

Согласовано:

Зам.главного врача по ХР



В.М.Тихоновский

Начальник ПЭО



Т.Е. Костюк

Разработчик:

инженер по мед. оборудованию



Е.И. Пальчевский

Частное предприятие "КрафтМедСервис"
220040, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Амурская д.8, к.1
УНП-692129197, ОКПО-503057566000



Ремонт, обслуживание, продажа
медицинской техники
конт. тел.: +375 (29) 300-33-93, факс (17) 275-05-66.
info@kraftmedservice.by

Учреждение здравоохранения "Минская центральная районная клиническая
больница"

223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, д. 1
УНП 600208266
+375 (17) 505 27 17

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № КС3826

26.05.2026

г.Минск

Сервисная служба частного предприятия «КрафтМедСервис» произвела обследование оборудования -
Видеогастроскоп Olympus GIF-LV1 серийный номер 2912045, в ходе обследования установлено:

1. Герметичность	норма	11. Канал вода/воздух	норма
2. Оболочка дист.конца	износ	12. Канал доп.подачи воды	не предусмотрен
3. Изображение	норма	13. Сопло	отсутствует
4. Окуляр	не предусмотрен	14. Коннекторная рубашка	норма
5. Объектив	наращена проклейка	15. Коннектор световода	норма
6. Светопередача	норма	16. Электронный коннектор	норма
7. Линзы световода	норма	17. Изгибаемая часть	норма
8. Колпачок дист. головки	норма	18. Тяги управления	обрыв троса
9. Рабочая рубашка	залепы	19. Блок управления	норма
10. Инструментальный канал	норма	20. Защитники	норма

обрыв троса верх, залом боудена, залом рабочей рубашки под защитником А (не гарантийный случай). Порыв уплотнительного кольца защитника А. требуется оклейка линзы объектива.

По факту выявленных дефектов необходимо провести комплекс восстановительных работ с заменой следующих запасных частей:

№	Наименование запчасти	Кол-во
1	Оболочка изгибаемой части (гибкая резина)	1
2	Оплетка изгибаемой	1
3	Трос	2
4	Уплотнительное кольцо	1
5	Боудены в сборе (Узел опоры изгибаемой)	1
6	Сопло	1

Ориентировочная стоимость ремонта составит 6 300 (Шесть тысяч триста рублей ноль копеек)
белорусских рублей.

Срок выполнения - 20 (двадцать) рабочих дней

Составил



Главный инженер Хомич Д.В.