

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Расходные материалы к автоматическому таймеру свёртываемости крови АСТ Plus (Medtronic)

1. Состав (комплектация) оборудования

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав (комплектация) оборудования</i>	<i>Количество</i>
Лот 1 Расходные материалы к автоматическому таймеру свёртываемости крови АСТ Plus (Medtronic).	1.Картриджи для определения времени свертывания при высоком содержании гепарина (High Range АСТ) к автоматическому таймеру свёртываемости крови АСТ Plus (Medtronic). 2.Реагенты картриджа (не менее 100 мкл в каждом канале) не менее 50 шт в 1 упаковке.	8 упак

2. Технические требования:

2.1. Тест-картриджи для определения времени активированного свёртывания при высоком содержании гепарина в крови должны быть предназначены для применения на автоматическом таймере свёртываемости крови АСТ Plus (Medtronic), подтвердить документально.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

~~3.1. наличие действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ или выписка из реестра;~~

3.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;