

Технические характеристики (описание)

~~Лот 1: Контур дыхательный с двумя клапанами для аппарата ИВЛ с увлажнителем~~
~~1. Состав: (комплектация) =~~

№	Наименование	Кол-во, шт.	Общее кол-во
1 ====	У-образный адаптер ====	±	300 шт ==
2 ====	Прямой адаптер ====	5	
3 ====	Паррирный адаптер ==	±	
4 ====	Фильтр вирусобактериальный ====	1	
5 ==	Трубка гофрированная (0,9-1м) с коннекторами ====	5 ====	
6 ==	Влажеборник ==	2	
7 ==	Резервный дыхательный манок (не менее 2л) ==	±	
8 ==	Самостоятельная камера увлажнителя =====	±	

В комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура

~~2. Технические требования:~~

~~2.1. Длина контура 1,6-2м~~=====

~~2.2. Для одноразового применения~~==

~~2.3. Стерильный~~

~~Лот 2: Контур дыхательный анастезиологический~~==

~~1. Состав: (комплектация) =~~

№	Наименование	Кол-во, шт.	Общее кол-во
1 ====	У-образный адаптер ==	±	400 шт
2 ====	Прямой адаптер ==	5	
3 ====	Паррирный адаптер ====	±	
4 ====	Фильтр без спонгиоза =====	±	
5 ====	Трубка гофрированная (1,6-2м) с коннекторами ====	2	
6 ====	Дополнительный манок не менее 0,8м ====	±	
7 ====	Дыхательный манок (не менее 2л) ==	±	
8 ====	Угловой адаптер с портом =====	±	

В комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие работу контура

~~2. Технические требования:~~=====

~~2.1. Длина контура 1,6-2м~~=====

~~2.2. Для одноразового применения~~==

~~2.3. Стерильный~~==

Лот 3: Контур для аппарата OXYLOG 3000 plus (DRAGER) для взрослых

1. Состав: (комплектация)

№	Наименование	Кол-во, шт.	Общее кол-во
1.	Клапан выдоха	1	100 шт
2	Датчик потока	1	
3	Линия измерения потока	1	
4	Двойной поворотный коннектор	1	

В комплект могут входить дополнительные элементы, обеспечивающие *работу контура*

2. Технические требования:

2.1. длина контура 1,5-3м

2.2. для одноразового применения

2.3. совместимость с аппаратом OXYLOG 3000 plus (DRAGER)

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и(или) объему представления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара : согласно документов по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.