

Приложение №1
к заявке на закупку
Контур дыхательный
однократного применения

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Контур дыхательный однократного применения.
(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав, комплектация медицинских изделий

№ лота	Наименование	Состав:	Количество
лот №6	Контур дыхательный однократного применения	1. У-адаптер -1 шт 2. Адаптер угловой – 2 шт 3. Адаптер прямой -7 шт 4. Адаптер шарнирный с портом - 1 шт 5. Фильтр вирусобактериальный – 2 шт 6. Трубка гофрированная длиной 1,8м – 3 шт 7. Маска дыхательная размер 5 – 1 шт 8. Мешок дыхательный не более 2л – 1 шт	400 шт.
лот №7	Контур дыхательный однократного применения	1. У-адаптер с портом для подключения температурного датчика и линии измерения давления -1 шт 2. Адаптер угловой – 2 шт 3. Адаптер прямой -4 шт 4. Адаптер шарнирный с портом - 1 шт 5. Фильтр вирусобактериальный с теплообменом – 3 шт 6. Трубка гофрированная длиной 1,8м – 5 шт 7. Увлажнитель – 1 шт. 8. Влагосборник встроенный в линию вдоха и выдоха – 2 шт	600 шт.

2. Технические требования:

2.1 Длина контура 1,8 – 2м.

2.2. Диаметр трубки – 22мм.

2.3. Комплект должен быть упакован в стерильную(ые) упаковку(и).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности), согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации: