

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(при необходимости с разделением на лоты)

Контур дыхательный одноразовый для аппарата вспомогательной вентиляции «Поток»
(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
№ 8 Контур дыхательный одноразовый для аппарата вспомогательной вентиляции «Поток»	- трубка длиной не более 1,2 м, диаметром 10 мм, - Т-образный коннектор с регулируемым РЕЕР клапаном; - дополнительные адаптеры и/или переходники в количестве необходимом для обеспечения функционирования контура	50 компл.

2. Технические требования: однократного применения

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

Согласно аукционным документам организатора.

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.