

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ лота	Наименование	Кол-во, шт.
1	Катетер аспирационный для санации трахеобронхиального дерева с емкостью для сбора мокроты	600
2	Щипцы биопсийные	10
3	Одноразовый гемостатический зажим, совместимый с эндоскопом	20
4	Одноразовые очищающие ерши для каналов бронхоскопов	2800
5	Одноразовые очищающие ерши для каналов гастроскопов	700
6	Одноразовые очищающие щётки для клапанов эндоскопов	3500
7	Простыня-мешок операционная стерильная	2500
8	Загубник эндоскопический	750
9	Одноразовая петля для полипэктомии	20

2. Технические требования

№ и наименование лота	Описание
ЛОТ №1. Катетер аспирационный для санации трахеобронхиального дерева с емкостью для сбора мокроты	1. Прозрачная ёмкость объёмом не менее 10 мл и не более 50 мл, с двумя выходами и с крышкой; 2. Коннектор должен обеспечивать соединение с любыми аспирационными катетерами и бронхоскопами; 3. Стерильный, однократного применения.
ЛОТ №2. Щипцы биопсийные	1. Форма бранш: круглая, овальная; 2. Диаметр канала: не менее 2.0 мм; 3. Рабочая длина: не менее 1000 мм; 4. Использование: многоразовое.
ЛОТ №3. Одноразовый гемостатический зажим, совместимый с эндоскопом	1. Диаметр канала: не менее 2,8 мм; 2. Рабочая длина: не менее 2100 мм и не более 2400 мм; 3. Раскрытие клипсы: 9-11 мм; 4. Открытие и закрытие: повторяющееся; 5. Тип рукоятки: поворотный
ЛОТ №4. Одноразовые очищающие ерши для каналов бронхоскопов	1. Диаметр канала: не более 2 мм; 2. Длина: не менее 1000 мм.

ЛОТ №5. Одноразовые очищающие ерши для каналов гастроскопов	1. Диаметр канала: не более 2,8 мм; 2. Длина: не менее 2100 мм.
ЛОТ №6. Одноразовые очищающие щётки для клапанов эндоскопов	1. Длина вводимой части: не менее 20 мм и не более 35 мм; 2. Диаметр щетинок: не менее 10 мм.
ЛОТ №7. Простыня-мешок операционная стерильная	1. Размеры: 1.1. Длина: не менее 190 см и не более 210 см; 1.2. Ширина: не менее 20 см и не более 25 см; 2. Использование: однократного применения.
ЛОТ №8. Загубник эндоскопический	1. Совместимость: для всех видов эндоскопов; 2. Использование: однократного применения.
ЛОТ №9. Одноразовая петля для полипэктомии	1. Тип: овальная; 2. Диаметр канала: не менее 2,8 мм; 3. Рабочая длина: не менее 2100 мм и не более 2400 мм; 4. Ширина раскрытия: не менее 10 мм и не более 20 мм; 5. Вращение: ротируемая; 6. Применение: холодная и горячая полипэктомия.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.