

ОТЧЕТ				
Дата:	12.03.2026			
Контракт / Договор	65C/26			
Учреждение	ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента РБ			
Оборудование	Logiq E9			
Серийный номер	203292US6 <i>с/н 1501377270</i>			
Состояние оборудования перед началом работ:				
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Выполненная работа				
Периодическое техническое обслуживание согласно договору. Диагностика выявила повреждение акустической линзы датчика ML 6-15-D (SN:250059YP3). Ремонт невозможен. Требуется замена датчика.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
1	ML 6-15-D			1 шт.
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Середа Д.А., инженер 2-й категории	ФИО, должность	<i>Рупа Д.А.</i> <i>Мен. Сервис</i>	
ПОДПИСЬ	<i>[Подпись]</i>	ПОДПИСЬ	<i>[Подпись]</i>	

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- **неисправная медицинская техника** — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА);
- **работоспособность медицинской техники** — состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.