


ОТЧЕТ				
Дата:	13.03.2026			
Контракт / Договор	65С/26			
Учреждение	ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента РБ			
Оборудование	Logiq E9			
Серийный номер	202120US6 <i>инв № 01376477</i>			
Состояние оборудования перед началом работ:				
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Выполненная работа				
Периодическое техническое обслуживание согласно договору. Проверка выявила неисправный энкодер усиления в М-режиме. Энкодер ремонту не подлежит, требуется замена на новый энкодер.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
1	Энкодер (Encoder, Concentric Shaft with O-ring)			1
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Кнак Д.А., инженер 1-й категории	ФИО, должность	<i>Ружич А.П.</i> <i>Мен. отдела</i>	
ПОДПИСЬ		ПОДПИСЬ		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА);
- работоспособность медицинской техники — состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.