

ОТЧЕТ				
Дата:	06.03.2026			
Контракт / Договор	65C/26			
Учреждение	ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента РБ			
Оборудование	UlrichInjekt CT motion XD 8000			
Серийный номер	CTM1611097 <i>инв № 01376539</i>			
Состояние оборудования перед началом работ:				
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Выполненная работа	Диагностика выявила низкий уровень заряда АКБ. Ремонт невозможен, требуется замена.			
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
1	Аккумуляторная батарея			2 шт.
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, Должность	Середа Д.А., инженер 2-й категории	ФИО, Должность	<i>Руденко А.П.</i> Несомненно <i>ММ</i>	
Подпись	<i>[Подпись]</i>	Подпись	<i>[Подпись]</i>	

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- **неисправная медицинская техника** — медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее — ТНПА);
- **работоспособность медицинской техники** — состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.