

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
МИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
223053, Минская область, Минский район
д. Боровляны, ул. Школьная, д. 16
e-mail: info@csmr.by, тел./факс (017) 516 64 20
УНП 692109805, ОКПО 582604276000
р/с BY42 AKBB 3604 0032 5400 0560 0000
Минское областное управление № 500
ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВВY2X
г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1

08.05.2026

НБ/Н

Об исследовании конъюнктуры рынка

Государственное учреждение здравоохранения «Минский областной центр скорой медицинской помощи» в рамках проведения исследований конъюнктуры рынка, согласно постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 N 34. Предлагает в срок до **10.06.2026 (включительно)** предоставить коммерческое предложение, в случае несоответствия техническим характеристикам, просим предоставить предложение с возможными характеристиками по следующим товарам, работам (услугам):

№ лота	Наименование Товара (работы, услуги)	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)	Характеристики товара (работы, услуги)	Кол-во шт.
1	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» однократного применения для взрослых пациентов	32.50.21.800 Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания	Согласно приложению 1	300 шт.
2	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» однократного применения для детей	32.50.21.800 Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания	Согласно приложению 1	100 шт.

Поставка товаров осуществляется в течение 20 календарных дней с момента подписания договора.

Заказчик производит оплату по факту поставки товара. Заказчик подает документы в органы государственного казначейства в течении 10 банковских дней с момента поставки товара.

Место поставки 223053, Минская область, Минский район, д. Боровляны, ул. Школьная, д. 16.

Предложение составляется участником на белорусском и (или) русском языках и подается по электронной почте zakup@csmr.by.

Ведущий специалист по организации закупок



В.С. Атапович

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) оборудования и (или) изделий:

№ лота	Наименование подлежащего закупке товара	Основные характеристики	Кол-во, шт.
1	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» однократного применения для взрослых пациентов	1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом от 1000 до 1800мл; 2. Аппарат должен быть выполнен из медицинского ПВХ или силикона; 3. Состав: 3.1. мешок реанимационный, 3.2. маски дыхательные (размеры масок №4, №5 и №6), 3.3. мешок резервный объемом от 1500 до 2500 мл, 3.4. трубка кислородная длиной от 1000 до 3000 мм, 3.5. упакованы в индивидуальную стерильную упаковку. 3.6. футляр. 4. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления; 5. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром; 6. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха; 7. Изделие однократного применения. 8. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.	300
2	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» однократного применения педиатрический	1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом от 400 до 1000мл; 2. Аппарат должен быть выполнен из медицинского ПВХ или силикона; 3. Состав: 3.1. мешок реанимационный, 3.2. маски дыхательные (размеры масок №0, №1 и №2), 3.3. мешок резервный объемом от 1500 до 2500 мл, 3.4. трубка кислородная длиной от 1000 до 3000 мм, 3.5. упакованы в индивидуальную стерильную упаковку. 3.6. футляр. 4. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления; 5. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром; 6. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха; 7. Изделие однократного применения. 8. Стерильно. Апирогенно. Нетоксично.	100

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам по эксплуатации товара:
- 3.1. Срок годности используемых товаров должен составлять не менее 80% от установленного производителем срока использования на момент приобретения.
- 3.2. Срок стерильности изделий должен быть не менее 5 лет со дня изготовления
- 3.3. Обязательно наличие инструкции по применению на русском языке.

Копию регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение или заявление об обязательстве на получение разового разрешения на реализацию и (или) медицинское применение незарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники).