

Лот 1 - 4 960 шт.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование (состав)	Количество, шт.
1.	Комплект расходных материалов универсальный хирургический	шт.
	1. Покрытие на пациента	1
	2. Покрытие для операционного стола	1
	3. Халат с усиленной защитой	2
	4. Халат стандартный	2
	5. Покрытие хирургическое	2
	6. Покрытие хирургическое с липким краем	2
	7. Покрытие Майо	1
	8. Отсос Янкувер с соединительной трубкой	1
	9. Зажим с круглыми браншами	1
	10. Очиститель наконечника	1
	11. Зажим для фиксации белья	1
	12. Катетер торакальный	1
	13. Полотенце	2

2. Технические требования:

Покрытие на пациента 1.1 Размер 240 см x 330 см. ± 25 см 1.2 Зона операционного окна не менее 33см x 40см. 1.3 На покрытии должна быть нанесена маркировка для ориентации расположения покрытия относительно тела пациента. 1.4 Покрытие Т-формы со сложенными крыльями должно быть выполнено из трех различных материалов: Триплекс 68 GSM, Триплекс 104 GSM (абсорбирующая жидкость зона должна обрамлять зону операционного окна размером не менее 50см x 85см), 1.5 зона операционного окна из прозрачной адгезивной пленки. 1.6 Абсорбционные элементы покрытия должны иметь степень абсорбции не менее 200%. 1.7 Вдоль зоны, абсорбирующей жидкость, с левой и с правой стороны должны быть расположены карманы из ПВХ. 1.8 Прочность на растяжение материала покрытий должна быть не менее 100 Н в продольном и поперечном направлении.
Покрытие для операционного стола 2.1 Размер 140 см x 150 см. ± 25 см 2.2 Материал – бифлекс спанбонд, 2.3 покрытие должно быть устойчиво к воздействию жидкостей.
Халат с усиленной защитой 3.1 Халаты размером XL, должны быть усиленные по всей передней части и рукавам минимум до середины плеча. 3.2 Материал изготовления SMS 40 GSM (усиленная часть) и SMS 28 GSM. 3.3 В наличии должны быть мягкие, эластичные трикотажные манжеты. длина не менее 10 см, ширина не менее 7 см. 3.4 Должна присутствовать система застежек/завязок для обеспечения надежной фиксации халата на спине медицинского работника.

Халат стандартный 4.1 Халат стандартный размером L, 4.2 должен быть изготовлен из синтетических нетканых материалов, плотностью не менее 40 г/м². 4.3 На рукавах должны быть мягкие, эластичные трикотажные манжеты, длина не менее 10 см, ±2 см ширина не менее 7 см. ±2 см 4.4 Должна присутствовать система застёжек/завязок для обеспечения надёжной фиксации халата на спине медицинского работника.
Покрывало хирургическое 5.1 Размер 100 x 120 см ±20 см, 5.2 материал – спанлейс. 5.3 Покрывало должно быть устойчиво к воздействию жидкостей
Покрывало хирургическое с липким краем 6.1 Размер 75 см x 110 см ±10 см. 6.2 Материал – бифлекс спанбонд. 6.3 Ширина липкого слоя на покрывале должна быть не менее 20 мм.
Покрывало Mayo 7.1 Размер 78 см x 145 см ± 7 см. 7.2 Покрывало должно быть выполнено из двух материалов – один водонепроницаемый (полиэтилен 0.065мм) и второй абсорбирующий воду (со степенью абсорбции более чем 400%). 7.3 Абсорбирующий воду материал должен иметь размер не менее 61 см x 77см. ± 5 см 7.3 Должен поставляться в три сложения, сложенным с внутренней стороны, чтобы облегчить покрывало столика и обеспечить стерильное покрывало поверхности.
Отсос Янкувер с соединительной трубкой 8.1 Отсос Янкувер с шарикообразным наконечником, вакуум контролем и с трубкой. 8.2 Материал трубки – ПВХ, общая длина не менее 300 см соединение F/F. 8.3 Трубки должны быть без перегибов и слипшихся участков, поскольку это может препятствовать нормальному току жидкости. 8.4 внутренний диаметр не менее 8 мм
Зажим с круглыми браншами 9.1 Зажим для обработки операционного поля, с круглыми браншами, 9.2 материал – медицинский пластик.
Очиститель наконечника 10.1 Размер площадки не менее 2” x 2” квадратной формы. 10.2 Подушечка для очищения должна быть совместима с монополярным или биополярным устройством, должна иметь покрытие для предотвращения повреждения электродов. 10.3 Должен иметь износостойкую шероховатую рабочую поверхность, покрытую абразивным материалом. 10.4 Полимерный материал очистителя наконечника не должен содержать латекс.
Зажим для фиксации белья 11.1 Пластиковый одноразовый держатель, с зубчатым самозакрывающимся замком. 11.2 Конструкция должна предусматривать удобство манипуляций зажимом с помощью одной руки – закрытие - раскрытие.
Катетер торакальный 12.1 Торакальный катетер для дренирования, выполнен из ПВХ, прямой. 12.2 должен иметь рентгенконтрастную полосу, нанесенную четкую шкалу глубины с шагом 2 см. 12.3 Общее количество отметок не менее 9. Катетер должен иметь не менее 5 овальных отверстий, расположенных с разных сторон

катетера для дренажа для того, чтобы обеспечить лучшую эвакуацию жидкости и избежать присасывания ткани

12.4 размер – 28 Fr

Полотенце

13.1 Размер 45 см x 45 см.

13.2 Материал изготовления - нетканый материал, состоящий из трех слоев: 2 слоя спанлейс (70% вискоза $\pm$ 10%) и 30 % полиэстр $\pm$ 10%) и текстильная сетка между ними.

13.3 Три слоя скреплены между собой с помощью рентгеноконтрастной нити (с содержанием сульфата бария 60%).

13.4 Материал обладает высокой впитывающей способностью (200 %) и низким содержанием ворса. 13.5

Функциональная прочность в сухом и влажном состоянии.

3. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты

3.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленным производителем

Лот 2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Эндоскопический баллонный катетер для дилатации пищевода, тип с проводником	Шт.	50

2. Технические требования:

2.1. Область применения: хирургия, торакальная хирургия.

2.2. Состав: тефлоновый катетер;

2.3. Возможность введения баллонного катетера через рабочий канал эндоскопа (как минимум 2.8 мм) с проводником 0.035" (0.89 мм).

2.4. Диаметр баллона от 8 до 10 мм, длина баллона 55 мм, давление от 3 до 8 атм,

2.5 Рабочая длина катетера от 90 см до 240 см.

2.6. Наличие проводника 0.035 "(0.89 мм).

2.7 Стерильное, апиrogenное,

2.8 Одноразового применения.

3. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты

3.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленным производителем

Лот 3

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Эндоскопический баллонный катетер для дилатации пищевода, тип с проводником	Шт.	40

2. Технические требования:

2.1. Область применения: хирургия, торакальная хирургия.

- 2.2. Состав: тефлоновый катетер;
- 2.3. Возможность введения баллонного катетера через рабочий канал эндоскопа (как минимум 2.8 мм) с проводником 0.035" (0.89 мм).
- 2.4. Диаметр баллона от 18 до 20 мм, длина баллона 55 мм, давление от 3 до 8 атм,
- 2.5 Рабочая длина катетера от 90 см до 240 см.
- 2.6. Наличие проводника 0.035 "(0.89 мм).
- 2.7 Стерильное, апиrogenное,
- 2.8 Одноразового применения.

3. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты

- 3.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленным производителем

Лот 4

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Эндоскопический баллонный катетер для дилатации пищевода, тип с проводником	Шт.	100

2. Технические требования:

- 2.1. Область применения: хирургия, торакальная хирургия.
- 2.2. Состав: тефлоновый катетер;
- 2.3. Возможность введения баллонного катетера через рабочий канал эндоскопа (как минимум 2.8 мм) с проводником 0.035" (0.89 мм).
- 2.4. Диаметр баллона от 12 до 14 мм, длина баллона 55 мм, давление от 3 до 8 атм,
- 2.5 Рабочая длина катетера от 90 см до 240 см.
- 2.6. Наличие проводника 0.035 "(0.89 мм).
- 2.7 Стерильное, апиrogenное,
- 2.8 Одноразового применения.

3. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты

- 3.1. Срок годности (стерильности) с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленным производителем