

Лот 1. Контур дыхательный взрослый, циркуляторный с влагосборником.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Дыхательная трубка 90 мм, ID 19 мм, D манжеты 22/22 мм-5шт,
- 1.2. Влагоуловители с р-рами выходов 22/22 мм-2шт,
- 1.3. Адаптер (Y-тройник) с газоизмерит.портом ID 15 мм, OD 22/22/22 мм-1шт.
- 1.4. Резервуар-увлажнитель - 1шт.
- 1.5. Фильтр тепловлагообменный - 1шт.
- 1.6. Шарнирный угловой адаптер с портом -1шт.
- 1.7. Маска анестезиологическая №3, № 4-2шт.
- 1.8. Стропа резиновая для крепления маски -1шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. Однократного использования
- 2.2. Стерильный

Лот 2. Контур дыхательный анестезиологический.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Трубка -5 шт,
- 1.2. Прямой адаптер - 4 шт,
- 1.3. Y - адаптер с портами - 1 шт.,
- 1.4. Угловой адаптер - 1 шт,
- 1.5. Влагосборник - 2 шт.,
- 1.6. Увлажнитель - 1 шт,
- 1.7. Фильтр дыхательный - 1 шт,
- 1.8. Маска дыхательная (р-р 3,4) - 2шт.,
- 1.9. Мешок дыхательный (2000-3000мл) - 1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. Размер: 22М/1,8М
- 2.2. Однократного использования
- 2.3. Стерильный, упакован в индивидуальную стерильную упаковку.

Лот 3 Контур дыхательный коаксиальный, взрослый 22мм, 1,6м.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Трубка -1 шт.,
- 1.2. Шарнирный угловой адаптер с портом-1шт.
- 1.3. Фильтр тепловлаго-обменный - 1шт.
- 1.4. Маска анестезиологическая №3, 4 - 2шт.
- 1.5. Стропа резиновая для крепления маски.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. Особенностью контура является его спец.устройство, в котором линия вдоха размещена внутри линии выдоха. Отсутствие Y-образного коннектора, соединяющего линию вдоха и выдоха, снижает удельное давление на пациента. Естественным образом обеспечивается сохранение тепла и влаги в процессе циркуляции дыхательной смеси.
- 2.2. Однократного использования
- 2.3. Стерильный, упакован в индивидуальную стерильную упаковку.

Лот 4. Контур дыхательный неонатальный 1,2-1,5м. (совместим с аппаратом SLE5000).

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. трубки - 5 шт,
- 1.2. прямой адаптер - 4 шт,
- 1.3. Y- адаптер - 1 шт,
- 1.4. угловой адаптер - 1шт.,
- 1.5. увлажнитель - 1 шт,
- 1.6. влагосборник 1 шт,

- 1.7.Т-коннектор - 1 шт.,
- 1.8.фильтр - 1 шт.,
- 1.9.Маска дыхательная (р-р. 1) -1 шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1.Однократного использования
- 2.2.Стерильный

Лот 5. Контур дыхательный неонатальный 1,2-1,5м. (совместим с аппаратом Draeger Babylog 8000).

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1.Контур с возможностью нагревания дыхательной смеси, дополнительный шланг не
- 1.2.более 0,9м - 1шт,
- 1.3.прямой адаптер - 4 шт,
- 1.4.влагосборник - 1 шт,
- 1.5.камера увлажнения - 1 шт,
- 1.6.угловой адаптер с портом - 1 шт.,
- 1.7.Y-адаптер - 1 шт,
- 1.8.маска анестезиологическая (р-р 1) - 1 шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1.Однократного использования
- 2.2.Стерильный

Лот 6. Контур дыхательный неонатальный (совместим с аппаратом Newport).

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1.Диаметр не более 10мм, дополнительный шланг не более 0,9м, прямой адаптер - 5 шт.,
- 1.2.влагосборник - 2 шт,
- 1.3.камера увлажнения - 1шт,
- 1.4.Y-адаптер с портом и линией мониторинга давления - 1 шт.
- 1.5.маска анестезиологическая №1 - 1 шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1.Однократного использования
- 2.2.Стерильный

Лот 7.Контур дыхательный педиатрический (15М).

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1.Дополнительный шланг не более 0,9м - 1 шт.,
- 1.2.Y-адаптер-1шт;
- 1.3.прямой адаптер - 4 шт;
- 1.4.угловой адаптер - 1 шт;
- 1.5.влагосборник - 2 шт;
- 1.6.трубки - 5 шт.,
- 1.7.увлажнитель - 1 шт,
- 1.8. фильтр с ТВО - 1 шт,

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1.без проводов обогрева,
- 2.2.Однократного использования
- 2.3.Стерильный

Лот 8. Контур дыхательный без принадлежностей 22М (взрослый) с угловым адаптером и дополнительным шлангом длиной не более 0,9м.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1.Контур дыхательный -1шт.
- 1.2.угловой адаптер-1шт.
- 1.3.дополнительным шлангом длиной не более 0,9м. – 1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1.Однократного использования
- 2.2.Стерильный

Лот 9. Контур дыхательный без принадлежностей 15М (педиатрический) с угловым адаптером и дополнительным шлангом длиной не более 0,9м.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Контур дыхательный - 1 шт.
- 1.2. угловой адаптер - 1 шт.
- 1.3. дополнительным шлангом длиной не более 0,9м. – 1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. Однократного использования
- 2.2. Стерильный

Лот 10. Контур дыхательный 10М

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Y-адаптер - 1 шт.;
- 1.2. адаптер прямой - 8 шт.,
- 1.3. фильтр с тепловлагообменником - 1 шт.;
- 1.4. адаптер угловой - 1 шт.;
- 1.5. Т-коннектор, влагосорбник - 1 шт.,
- 1.6. увлажнитель - 1 шт.,
- 1.7. трубка - 5 шт.,
- 1.8. провод нагрева - 1 шт.,
- 1.9. линия мониторинга - 1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. Однократного использования
- 2.2. Стерильный

Лот 11. Контур дыхательный педиатрический (совместим с аппаратом SV 600)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Контур с Y-образным переходником с портами и влагосорбниками,
- 1.2. Длина - не менее 2000 мм,
- 1.3. диаметр 15 мм
- 1.4. Прямой коннектор,
- 1.5. Растягивающаяся трубка 500 мм
- 1.6. Шарнирный гибкий переходник 150 мм
- 1.7. Одноразовый бактериальный фильтр

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. Однократного использования
- 2.2. Стерильный

Лот 12. Контур дыхательный неонатальный (совместим с аппаратом Leoni Plus)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Диаметр не более 10мм, дополнительный шланг не более 0,9м, прямой адаптер - 5 шт.,
- 1.2. влагосорбник - 2 шт.,
- 1.3. камера увлажнения - 1 шт.,
- 1.4. Y-адаптер с портом и линией мониторинга давления - 1 шт.
- 1.5. маска анестезиологическая №1 - 1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1. Однократного использования
- 2.2. Стерильный

Лот 13. Контур дыхательный педиатрический (совместим с аппаратом SV 300)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Контур с Y-образным переходником с портами и влагосорбниками,
- 1.2. Длина - не менее 2000 мм,
- 1.3. диаметр 15 мм
- 1.4. Прямой коннектор,
- 1.5. Растягивающаяся трубка 500 мм
- 1.6. Шарнирный гибкий переходник 150 мм
- 1.7. Одноразовый бактериальный фильтр

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1.Однократного использования
- 2.2.Стерильный

Лот 14. Соединители гибкие к интубационным трубкам или маскам коннектор 22F, коннектор 15F

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Соединитель гофрированный с коннекторами 22 Fна 15F

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1.Однократного использования
- 2.2.Стерильный

Лот 15. Соединители гибкие к интубационным трубкам или маскам коннектор 22F, коннектор 22M/15F

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Соединитель гофрированный с коннекторами – 1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1.Однократного использования
- 2.2.Стерильный

Лот 16. Соединители угловые для прямого соединения с коннектором 22F, коннектором 22M/15F

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Соединитель с коннекторами - 1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1.Однократного использования
- 2.2.Стерильный

Лот 17. Соединители конфигурируемые для подключения дыхательных контуров к пациенту с коннектором 22F, коннектором 22M/15F

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Соединитель с коннекторами – 1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1.Однократного использования
- 2.2.Стерильный

Лот 18. Угловой соединитель неподвижный для подключения дыхательных контуров к пациенту с коннектором 15M, коннектором 22M/15F

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Угловой соединитель -1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1.Однократного использования
- 2.2.Стерильный

Лот 19. Угловой соединитель неподвижный для подключения дыхательных контуров к пациенту с коннектором 22F, коннектором 22M

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Угловой соединитель -1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1.Однократного использования
- 2.2.Стерильный

Лот 20. Тройники для дыхательных контуров с коннектором 22F, 22F, коннектором 22M/15F

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

- 1.1. Тройники для дыхательных контуров -1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

- 2.1.Однократного использования

2.2.Стерильный

Лот 21. Тройники для дыхательных контуров с коннектором 22M, 22M, коннектором 22M/15F

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Тройники для дыхательных контуров -1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.Однократного использования

2.2.Стерильный

Лот 22. Тройники соединительные с тремя коннекторами 22F, 22M, коннектором 22M/15F, с портом

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Тройники для дыхательных контуров с портом-1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.Однократного использования

2.2.Стерильный

Лот 23. Тройники соединительные с тремя коннекторами 15F, 22F, 22M

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Тройники соединительные -1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.Однократного использования

2.2.Стерильный

Лот 24. Тройники соединительные с тремя коннекторами 22M, 22M, 22F

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Тройники соединительные -1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.Однократного использования

2.2.Стерильный

Лот 25. Мешок резервный 0,5 л, 15F

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Мешок резервный -1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.Однократного использования

Лот 26. Мешок резервный 1,0 л, 15F

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Мешок резервный -1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.Однократного использования

Лот 27. Мешок резервный 1,0 л, 22F

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Мешок резервный -1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.Однократного использования

Лот 28. Мешок резервный 2,0 л, 22F

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Мешок резервный -1шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.Однократного использования

Лот 29. Мешок резервный 3,0 л, 22F

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Мешок резервный -1шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Однократного использования

Лот 30. Соединители двойные шарнирные угловые 22M/15F, 15M

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Соединитель -1шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Двойное шарнирное соединение 22м/15F, 15M

2.2. Стерильный

Лот 31. Держатель дыхательного контура

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Держатель дыхательного контура -1шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Предназначен для удержания трубок дыхательного контура, по которым проходят газы от аппарата искусственной вентиляции легких, изготавливается из металлических и пластиковых материалов с регулируемыми шарнирными секциями.

2.2. Многократного использования.

Лот 32. Контур силиконовый многоцветный.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

1.1. Контур дыхательный (длина 1,5 м)-1шт.

1.2. Влагосборник-1шт.

1.3. Дополнительный шланг длиной не менее 0,6м. – 1шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1. Многократного использования

2.2. Размер уточняется заказчиком

Главный внештатный специалист
по анестезиологии и реанимации

В.В. Гоменюк