

ЛОУ67 1-32

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

Технические требования.

Лот 1	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Кориданг тип GROSS-MAIER
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	Изогнутый;
2.2	с кремальерой;
2.3	общ/длина 245-250 мм.
Лот 2	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Пуговчатый зонд с глазком:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	размер 1,5-2,0 мм;
2.2	общ/длина 130-140 мм.
Лот 3	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Кюретка тип VOLKMANN
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	двухсторонняя, р/части овал/круг;
2.2	общ/длина 155-160 мм.
Лот 4	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Зажим тип MIKULICZ:
2. Показатели (технические характеристики)	

2.1	зубчатая изогнутая рабочая часть;
2.2	1х2 зубца;
2.3	общ/длина 195-200 мм
Лот 5	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Зажим тип ALLIS:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	5х6 зубцы;
2.2	общ/длина 145-150 мм.
Лот 6	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Зажим тип HALSTEAD-MOSQUITO:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	изогнутый;
2.2	общ/длина 140-145 мм.
Лот 7	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Зажим тип MUSEUX:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	прямой;
2.2	2х2 зубцы, размер 10,0-11,0 мм;
2.3	общ/длина 235-240 мм.
Лот 8	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Анатомический пинцет тип STANDARD:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	прямой;
2.2	общ/длина 245-250 мм.
Лот 9	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Анатомический пинцет тип STANDARD:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	прямой;
2.2	общ/длина 195-200 мм.
Лот 10	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Анатомический пинцет тип STANDARD:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	прямой;
2.2	общ/длина 140-150 мм.
Лот 11	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Хирургический пинцет тип Узкий:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	прямой;
2.2	1х2 зубца;
2.3	р/часть 2,0-2,3 мм;
2.4	общ/длина 115-120 мм.
Лот 12	

1. Состав (комплектация)	
1.1	Хирургический пинцет тип Узкий:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	прямой;
2.2	1х2 зубца;
2.3	р/часть 2,0-2,3 мм;
2.4	общ/длина 140-150 мм.
Лот 13	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Цапка для белья тип BACKHAUS:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	общ/длина 125-130 мм.
Лот 14	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	прямой;
2.2	1х2 зубца;
2.3	общ/длина 195-200 мм
Лот 15	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Зажим тип OCHSNER-KOCHER:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	прямой;
2.2	1х2 зубца;
2.3	общ/длина 150-160 мм.
Лот 16	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	упрочнены карбид вольфрамом;
2.2	прямой;
2.3	зубчатость губок 0,5 мм;
2.4	общ/длина 235-240 мм.
Лот 17	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Иглодержатель тип MAYO-HEGAR, твердосплавный:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	упрочнены карбид вольфрамом;
2.2	прямой;
2.3	зубчатость губок 0,5 мм;
	общ/длина 195-200 мм.
Лот 18	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Ножницы тип STANDARD, твердосплавные:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	изогнутые;
2.2	тупоконечные;
2.3	упрочнены карбид вольфрамом;
2.4	общ/длина 140-145 мм.

Лот 19	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Ножницы полостные, твердосплавные:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	изогнутые;
2.2	тупоконечные;
2.3	упрочнены карбид вольфрамом;
2.4	общ/длина 210-230 мм.
Лот 20	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Почечный зажим тип GUYON:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	изогнутый;
2.2	общ/длина 230-235 мм.
Лот 21	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Ректальное зеркало типа SIMS:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	цельные, сплошные лезвия;
2.2	с фиксационным винтом;
2.3	общ/длина 150-160 мм.
Лот 22	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Металлическая чаша:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	высота 35-41 мм;
2.2	диаметр 70-95 мм;
2.3	нержавеющая сталь.
2.4	объем 0,11-0,16 л
Лот 23	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Металлическая чаша:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	высота 32-41 мм;
2.2	диаметр 70-85 мм;
2.3	нержавеющая сталь.
Лот 24	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Зажим тип SCHROEDER:
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	прямой;
2.2	2х2 зубца;
2.3	общ/длина 235-240 мм.
Лот 25	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Зажим тип ROCHESTER-PEAN
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	изогнутый;
2.2	общ/длина 200-205 мм.
Лот 26	

1. Состав (комплектация)	
1.1	Зажим тип ROCHESTER-PEAN
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	прямой;
2.2	общ/длина 200-205 мм.
Лот 27	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Зажим тип ROCHESTER-PEAN
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	изогнутый;
2.2	общ/длина 155-160 мм.
Лот 28	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Парный ретрактор тип PARKER-LANGENBECK или аналог
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	комплект: Фиг. 1 + Фиг. 2;
2.2	общ/длина 205-210 мм.
Лот 29	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Комплект вагинальных зеркал тип KRISTELLER
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	Состав: нижнее вогнутое зеркало, размер 80x30 мм – 1 шт.;
2.2	верхнее зеркало/ подъемник, размер 85x26 мм – 1 шт.
Лот 30	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Комплект вагинальных зеркал тип KRISTELLER
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	Состав: нижнее вогнутое зеркало, размер 90x36 мм – 1 шт.;
2.2	верхнее зеркало/ подъемник, размер 100x32 мм – 1 шт.
Лот 31	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Металлический латок
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	длина x ширина x высота: 305x175x40мм±5мм
Лот 32	
1. Состав (комплектация)	
1.1	Металлический латок
2. Показатели (технические характеристики)	
2.1	длина x ширина x высота: 350x240x36мм±5мм

3. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

3.1 Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

3.2 *Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее 2 лет, не теряя при этом своих функциональных характеристик. Данное требование должно подтверждаться документами от производителя.

3.3 Наличие сертификатов в соответствии с европейскими стандартами ISO.

*Указанные пункты определяют необходимую функциональность поставляемого инструментария. Невыполнение данных требований влечет отклонение конкурсного предложения.