

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Количество
1.1	Автоматический цитопротессор (цитологический процессор для жидкостной цитологии), шт.	1
1.2	Набор расходных материалов для забора и обработки цитологического материала	На 1000 исследований

2. Технические требования:

- 2.1 Автоматизированная программируемая система для обработки биологического материала (от очищения до нанесения мазка на предметное стекло).
- 2.2 Возможность одновременной загрузки образцов.
- 2.3 Возможность многократного использования исследуемого материала без повторной пробоподготовки.
- 2.4 Возможность хранения виалы с образцом не менее 6 недель.
- 2.5 Работа от сети 220-240, 50-60 Гц

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества, гарантийному обслуживанию, расходам на обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки оборудования:

3.1 Гарантийный период должен составлять не менее 24 месяцев с момента введения оборудования в эксплуатацию, если иной срок не предусмотрен требованиями завода-изготовителя и включает в себя необходимые запасные части и расходные материалы для технического обслуживания и гарантийного ремонта.

3.2 В стоимость товаров должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала.

3.3 При вводе в эксплуатацию должны присутствовать комплектующие расходные материалы.


3.4 Приведённые данные комплектации товара и принадлежностей должны быть подтверждены технической документацией изготовителя. Товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке.

3.5 Всё оборудование должно иметь регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Разработчики технических требований:

- 1. З.И. Рогова врач клинической лабораторной диагностики
 цитоморфологической лаборатории
- 2. Г.И.Веремейчик фельдшер-лаборант
 цитоморфологической лаборатории
- 3. Л.В. Чернецова фельдшер-лаборант
 цитоморфологической лаборатории


(подпись)


(подпись)


(подпись)