

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

Набор реагентов для HLA-типирования локусов I и II классов в «низком разрешении» методом ПЦР в режиме реального времени.

1. Состав (комплектация) изделий

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация)	Количество (объем) закупаемых товаров
<i>Лот № 1</i> Набор реагентов для HLA-типирования локусов I и II классов в «низком разрешении» методом ПЦР в режиме реального времени.	1. Тест-система для одновременного анализа HLA-локусов I класса, включая локусы A и B и локусов II класса, включая локус DRB1 с полным комплектом реагентов и материалов для проведения ПЦР в режиме реального времени.	120 тестов

2. Технические требования

2.1 Тест-система должна быть предназначена для использования в амплификаторе CFX96 (BioRad), что должно быть подтверждено документами производителя.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.