

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:
Лот №1 Реагенты, контрольные и расходные материалы для анализатора электролитов
«EasyLyte Na/K/Cl/Ca /Li», производства компании Medica Corporation (США)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.	Реагенты, реактивы для клинических лабораторных исследований: реагенты к анализатору электролитов крови Na/K/Cl/Ca/ Li, Электрод K+	штук	1
2	Эл Реагенты, реактивы для клинических лабораторных исследований: реагенты к анализатору электролитов крови Na/K/Cl/Ca /Li, Электрод Na+	штук	1
3.	Реагенты, реактивы для клинических лабораторных исследований: реагенты к анализатору электролитов крови Na/K/Cl/Ca /Li, Электрод Cl-	штук	2
4.	Реагенты, реактивы для клинических лабораторных исследований: реагенты к анализатору электролитов крови Na/K/Cl/Ca /Li, Электрод Са ++	штук	2
5.	Реагенты, реактивы для клинических лабораторных исследований: реагенты к анализатору электролитов крови Na/K/Cl/Ca /Li, Одноразовый референсный электрод	штук	2
6.	Реагенты, реактивы для клинических лабораторных исследований: реагенты к анализатору электролитов крови Na/K/Cl/Ca /Li, Пак с растворами K-Na-Cl-Ca	мл	6 400
7.	Реагенты, реактивы для клинических лабораторных исследований: реагенты к анализатору электролитов крови Na/K/Cl/Ca /Li Раствор для ежедневной промывки/очистки	мл	270
8.	Реагенты, реактивы для клинических лабораторных исследований: реагенты к анализатору электролитов крови Na/K/Cl/Ca/Li Контроль (трехуровневый)	мл	180
9.	Набор трубок	штук	2

2. Технические требования:

Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

2.1 Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства **MEDICA CORPORATION, США - EasyLyte Na/K/Cl/Ca /Li»**

2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Инструкция по применению на русском языке;

2.4 В случае предложения реагентов, контрольных и расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, контрольных и расходных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

3.2 товар должен быть новым, то есть товаром, который не был в употреблении, ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Разработчики:

Врач клинической лабораторной
диагностики
Фельдшер – лаборант
(старший)

Л.И.Селюкова

Ж.П.Винничек

Согласовано:

Главный внештатный специалист
по лабораторной диагностике
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома:

А. В. Маркевич

« _____ » _____ 2026 г.