

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:

Принадлежности и расходные материалы для анализатора **скорости оседания эритроцитов (СОЭ) VISION Pro** производства **SHENZHEN YHLO BIOTECH CO., LTD** (Китай).

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.	Принадлежности и расходные материалы к анализатору скорости оседания эритроцитов (СОЭ) принадлежности: -пустая электронная тест-карта 0 тестов	штук	1
2.	Принадлежности и расходные материалы к анализатору скорости оседания эритроцитов (СОЭ) принадлежности: электронная тест-карта на 10000 тестов	штук	2

2. Технические требования:

Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

2.1 Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой анализатором **скорости оседания эритроцитов (СОЭ) VISION Pro** производства **SHENZHEN YHLO BIOTECH CO., LTD** (Китай).

2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Инструкция по применению на русском языке;

2.4 В случае предложения реагентов, контрольных и расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, контрольных и расходных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

3.2 товар должен быть новым, то есть товаром, который не был в употреблении, ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.