

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (одного комплекта):

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Расходные материалы для аппарата системы анализа газов и химического состава крови EDAN i15/i15; тест-картридж MicroSample-BG10 или аналог	Уп.	20

2. Техническая характеристика:

- 2.1 Определение не менее 10 параметров, включая pH, pCO₂, pO₂, K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, Hct, Glu, Lac.
- 2.2 Объем пробы – не более 80 мкл.
- 2.3 Срок годности тест-картриджа – не менее 11 месяцев.
- 2.4 Индивидуальная упаковка каждого тест картриджа.
- 2.5 1 упаковка не менее 25 шт.