

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 1

Магистраль для перфузий при операциях на грудной аорте

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	<u>Ед. изм.</u>	Количество
	Магистраль для второго контура, в составе набора:	набор	192
1.	Магистраль для артериального насоса	шт.	1
2.	Артериальная магистраль 3/8-3/32	шт.	1
3.	Коннектор 3/8-3/8	шт.	1
4.	Тройник 3/8-3/8-3/8	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1 Магистраль для артериального насоса представлена двумя магистралями диаметром 3/8-3/32 дюйма длиной не менее 60 см каждая, соединенные силиконовой магистралью (моторной частью) диаметром 1/2-3/32 дюйма, длиной 50 см.
- 2.2. Артериальная магистраль 3/8-3/32 длиной не менее 150 см - не более 200 см.
- 2.3. Жесткость магистралей не более 70 Sh
- 2.4. Все места соединений магистралей должны соединяться с использованием клеевых соединений или пластиковых стяжек.
- 2.5. Магистраль в отдельных стерильных упаковках.
Стерильная упаковка для коннектора 3/8-3/8 и тройника 3/8-3/8-3/8.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.