

Лот 27

1. Состав (комплектация) изделия: Линзы интраокулярные гибкие гидрофобные акриловые моноблочные, безабберационная, асферичная оптика – 500 шт
- 1.1. монолитная конструкция (однокомпонентная /моноблочная), с наличием S-образной гаптки и без бликовым матовым квадратным краем на 360° по всему периметру линзы. Защита от дисфотопсии.
2. Технические требования:
- 2.1.Материал: Гидрофобный акрил.
- 2.2. двояковыпуклая, асферичная оптика, размер оптически активной части оптики линзы не менее 6 мм общий диаметр линзы 13 мм с пятном контакта опорного элемента не менее 53°
- 2.3. Угол наклона гаптки 5° . Наличие насечек на гаптке.
- 2.4. наличие фильтра-блокатора ультрафиолетового света и фильтра синего света – пропускание для волн 425 нм не более 35%, для волн 450 нм не более 50%, для волн 475 не более 70%.
- 2.5. Индекс рефракции: от 1,54 и выше
- 2.6.Стерильно: метод стерилизации ЕО в стерильной упаковке, срок стерильности не менее 12 месяцев
- 2.7 Безопасность изделия: Устойчивость к YAG лазеру
- 2.8 Диапазон диоптрийности: от +3D до +10D с шагом 1 дптр.От +10D до +25D с шагом 0,5 дптр.От + 26D до +40D с шагом 1 дптр.
- 2.9. Способ имплантации: имплантационный размер 2,2-2,4 мм и выше, совместимость с инъекторной системой по типу Монарх с картриджами В или С.
- 3.Требования, предъявляемые к качеству товара,гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 28

1. Состав (комплектация) изделия: Линзы интраокулярные гибкие гидрофобные акриловые моноблочные, безабберационная, асферичная оптика – 100 шт
- 1.1. монолитная конструкция (однокомпонентная /моноблочная), с наличием S-образной гаптки и без бликовым матовым квадратным краем на 360° по всему периметру линзы.. Передняя поверхность против дисфотопсии.
2. Технические требования:
- 2.1.Материал: Гидрофобный акрил (бесцветная).
- 2.2. Форма оптики: двояковыпуклая, асферичная оптика, размер оптически активной части оптики линзы не менее 6 мм общий диаметр линзы 13 мм с пятном контакта опорного элемента не менее 53° ..
- 2.3. Угол наклона гаптического элемента: Угол наклона гаптки 5° . Наличие насечек на гаптке
- 2.4.Наличие фильтра-блокатора ультрафиолетового света и фильтра синего света – наличие фильтра-блокатора ультрафиолетового света: <5% (220-380 нм), > 90% (381 – 1050 nm)
- 2.5. Индекс рефракции: от 1,55 и выше
- 2.6.Стерильно: метод стерилизации ЕО в стерильной упаковке, срок стерильности не менее 12 месяцев
- 2.7 Безопасность изделия: Устойчивость к YAG лазеру
- 2.8 Диапазон диоптрийности: от +3D до +10D с шагом 1 дптр.От +10D до +25D с шагом 0,5 дптр.От + 26D до +40D с шагом 1 дптр.
- 2.9. Способ имплантации: имплантационный размер 2,2-2,4 мм и выше, совместимость с инъекторной системой по типу Монарх с картриджами В или С.
- 3.Требования, предъявляемые к качеству товара,гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора