

Лот 22

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Ирис-ретрактор полимерный – 100 шт.

Один комплект должен включать: 4 крючка

2. Технические требования:

2.1. Материалы — полиамид, силикон

2.2. Область применения – операции факэмульсификации осложненных катаракт

2.3. Общая длина — 55 мм ($\pm 0,1$ мм)

2.4. Длина рабочей части — 1 мм ($\pm 0,05$ мм)

2.5. стерильный, одноразовый

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 23

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Глаукомный клапан (или аналог) – 5 шт.

2. Технические требования:

2.1. Материал: изготовлены из медицинского силикона, мембрана из эластомера.

2.2. Форма : имеет коническое сечение для легкого введения при установке и облегченную конструкцию силиконового основания.

2.3. Размер ширина 13мм , длинна 16мм, площадь поверхности 184мм², масса 0,11г.

2.4. Обеспечивает отток жидкости с постоянной скоростью 12 мл/мин.

2.5. Стерильно.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 24

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Глаукомный клапан (или аналог) – 10 шт.

2. Технические требования:

2.1. Материал: изготовлены из медицинского силикона, мембрана из эластомера.

2.2. Форма : имеет коническое сечение для легкого введения при установке и облегченную конструкцию силиконового основания.

2.3. Размер ширина 9,6мм , длинна 10мм, площадь поверхности 96мм², масса 0,09г.

2.4. Обеспечивает отток жидкости с постоянной скоростью 12 мл/мин.

2.5. Стерильно.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 25

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Простыня – наглазник операционная – 500 шт.

2. Технические требования:

2.1. Область применения – офтальмологические операции

2.2. размеры не менее 100 на 100 мм

2.3. наличие разрез

2.4. наличие липкого слоя

2.5. стерильный, одноразовый

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 26

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Раствор для визуализации капсулы хрусталика - 600 мл

2. Технические требования:

2.1. pH 7,2 $\pm$ 0,3.

2.2. трипановый синий 0,5 мг/мл $\pm$ 0,1 мг/мл (0,05% 3мл флакон)

2.3. упаковка: стерильный, герметичный флакон

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 29

1. Состав (комплектация) изделия: катриджи, адаптированные под многоразовую систему типа МОНАРХ три, маркировка «С» для имплантации, одноразовая, пластиковая для имплантации гибких (мягких) интраокулярных линз -200шт

2. Технические требования:

2.1. Имплантационный размер 2,4мм.

2.4.Стерильность: ЕО в стерильной упаковке, срок стерильности не менее 12 месяцев

3.Требования, предъявляемые к качеству товара,гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 30

1.Состав (комплектация) изделия:

1.1 нож калиброванный, микрохирургический - 300 шт.

2. Технические требования:

2.1. изогнутый, с верхней или двусторонней заточкой, с или без защитного чехла.

2.2. Ширина лезвия 2,4 мм ($\pm 0,1$ мм)

2.3.Материал: сталь.

2.4. однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Или должно быть так

1. область применения – для выполнения кератомного туннельного разреза при проведении факэмульсификации, экстракции катаракты;

2. ширина формируемого кератомного разреза – 2,4 мм.;

3. нож должен иметь изогнутую под углом к рукоятке рабочую часть (лезвие);

4. нож должен иметь безопасную конструкцию с целью предупреждения случайной травматизации медицинского персонала, реализованную в виде скрытого в нерабочем положении лезвия ножа и его принудительного механического выдвижения, либо наличия защитного чехла, смещаемого для высвобождения лезвия.

5. нож должен быть предназначен для одноразового использования, находиться в стерильной упаковке.

Лот 31

1.Состав (комплектация) изделия:

1.1 нож калиброванный микрохирургический - 300 шт.

2. Технические требования:

2.1. изогнутый, с или без защитного чехла.

2.2. Ширина лезвия 1,2 мм ($\pm 0,1$ мм)

2.3.Материал: сталь.

2.4. однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Или должно быть так

1. область применения – для выполнения парацентезного разреза роговицы при проведении факэмульсификации, экстракции катаракты;

2. ширина формируемого разреза – 1,2 мм.;

3. нож должен иметь изогнутую под углом к рукоятке рабочую часть (лезвие);

4. нож должен иметь безопасную конструкцию с целью предупреждения случайной травматизации медицинского персонала, реализованную в виде скрытого в нерабочем положении лезвия ножа и его принудительного механического выдвижения, либо наличия защитного чехла, смещаемого для высвобождения лезвия.

5. нож должен быть предназначен для одноразового использования, находиться в стерильной упаковке.

Лот 32

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1 лезвие микрохирургическое - 180 шт.

2. Технические требования:

2.1. Остроконечное под углом 45°.

2.2. Ширина лезвия 1,5 мм ($\pm 0,1$ мм)

2.3. Материал: сталь.

2.4. однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 33

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1 нож серповидный микрохирургический - 100 шт.

2. Технические требования:

2.1. изогнутый, с или без защитного чехла, .

2.2. Ширина лезвия 2,0 мм ($\pm 0,1$ мм), глубина заточки рабочей поверхности 4,0 мм ($\pm 0,1$ мм),

2.3. Верхняя заточка

2.4. Материал: сталь.

2.5. однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 34

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1 Микротупферы атравматические однократного применения ромбовидные стерильные - 300 шт.

2. Технические требования:

2.1. в упаковке 10 шт, .

2.2. размеры 25/8 мм

2.3. толщина 2 мм

2.4. Материал: PVA.

2.5. однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 35

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Силиконовая лента ИЭЛ-4 или аналог - 10 шт.

2. Технические требования:

2.1. Область применения - экстрасклеральная хирургия отслойки сетчатки

2.2. ширина - 4 мм ($\pm 0,1$ мм)

2.3. толщина - 0,75 мм ($\pm 0,1$ мм)

2.4. длина - 125 мм (± 5 мм)

2.5. стерильный, одноразовый

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 36

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Капилляр ИЭК-0,9 или аналог - 10 шт.

2. Технические требования:

2.1. Область применения - экстрасклеральная хирургия отслойки сетчатки

2.2. Внутренний диаметр - 0,9 мм ($\pm 0,1$ мм)

2.3. Наружный диаметр - 1,9 мм ($\pm 0,1$ мм)

2.4. Длина – 125 мм(± 5 мм)

2.5. стерильный, одноразовый

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 37

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1 Линза контактная силиконовая для витрэктомии или для витриоретинальной хирургии с широким полем прямого изображения, а также для процедур газообмена многоразовая нестерильная. **Широкоугольное прямое изображение при витриоретинальной хирургии** .

2. Технические требования:

2.1. в упаковке 1 шт. .

2.2. самостабилизирующий контактный элемент;

2.3. двояковыпуклая конструкция ;

2.4. увеличение изображения в 0,5х

2.5. поле зрения 40*;

2.6. рабочее расстояние 8 мм

2.7. Материал: силикон.

2.8. многоразового применения, с возможностью стерилизации в том числе паром (автоклав)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 38

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1 Линза контактная силиконовая для витрэктомии или для витриоретинальной хирургии с широким полем прямого изображения а также для процедур газообмена многоразовая нестерильная. **Визуализация центральной части сетчатки с высоким разрешением** .

2. Технические требования:

2.1. в упаковке 1 шт. .

2.2. самостабилизирующий контактный элемент;

2.3. увеличение изображения в 0,82х

2.4. поле зрения 30*;

2.5. рабочее расстояние 11,9 мм

2.6. Материал: силикон.

2.7. многоразового применения, с возможностью стерилизации в том числе паром (автоклав)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 39

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1 Линза контактная силиконовая для витрэктомии или для витриоретинальной хирургии с широким полем прямого изображения а также для процедур газообмена многоразовая нестерильная. **Прямое изображение при витриоретинальной хирургии центральной области сетчатки высокого разрешения (для эпиретинальной и пограничной мембраны)** .

2. Технические требования:

2.1. в упаковке 1 шт. .

2.2. самостабилизирующий контактный элемент;

2.3. увеличение изображения в 0,92х

2.4. поле зрения 30*;

2.5. рабочее расстояние 11,9 мм

2.6.Материал: силикон.

2.7. многоразового применения, с возможностью стерилизации в том числе паром (автоклав)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 40

1.Состав (комплектация) изделия:

1.1 Линза контактная силиконовая для витрэктомии призма 15*

многоразовая нестерильная. **Внеосевое прямое изображение при витриоретинальной хирургии**

2. Технические требования:

2.1. в упаковке 1шт, .

2.2. самостабилизирующий контактный элемент;

2.3. увеличение изображения в 0,9х

2.4. поле зрения 30*(смещение 15*);

2.5. рабочее расстояние 11,9 мм

2.6.Материал: силикон.

2.7. многоразового применения, с возможностью стерилизации в том числе паром (автоклав)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 41

1.Состав (комплектация) изделия:

1.1 Линза контактная силиконовая для витрэктомии призма 30*

многоразовая нестерильная. **Внеосевое прямое изображение при витриоретинальной хирургии**

2. Технические требования:

2.1. в упаковке 1шт, .

2.2. самостабилизирующий контактный элемент;

2.3. увеличение изображения в 0,9х

2.4. поле зрения 30*(смещение 30*);

2.5. рабочее расстояние 10мм

2.6.Материал: силикон.

2.7. многоразового применения, с возможностью стерилизации в том числе паром (автоклав)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 42

1.Состав (комплектация) изделия:

1.1 Линза контактная силиконовая для витрэктомии призма 45*

многоразовая нестерильная. **Внеосевое прямое изображение при витриоретинальной хирургии**

2. Технические требования:

2.1. в упаковке 1шт, .

2.2. самостабилизирующий контактный элемент;

2.3. увеличение изображения в 0,9х

2.4. поле зрения 30*(смещение 45*);

2.5. рабочее расстояние 10мм

2.6.Материал: силикон.

2.7. многоразового применения, с возможностью стерилизации в том числе паром (автоклав)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора