

ЛОТ №1. Реагенты для гематологического анализатора Mythic 18 («Orphee», Швейцария)

(только для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Технические характеристики
реагентов для гематологического анализатора
Mythic 18 («Orphee», Швейцария)

1. Состав: реагенты для гематологического анализатора Mythic 18 («Orphee», Швейцария)

№ п/п	Наименование изделия медицинского назначения	единица измерения	количество
1.	Изотонический раствор (Дилуэнт или аналог 20л.)	упак	25
2.	Лизирующий раствор (Lysing reagent или аналог 1л.)	упак.	25
3.	Промывающий раствор (Cleaning solution или аналог 1л.)	упак.	48
4.	Раствор для концентрированной промывки (0,25л.)	фл.	4
5.	Контрольный материал 3-х уровней	наб.	6

2. Технические характеристики:

2.1. Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны быть предназначены для работы на гематологическом анализаторе Mythic 18 («Orphee», Швейцария) и подтверждаться документами в соответствии с руководством (инструкцией) пользователя, либо иными документами, официально рекомендованными производителем оборудования, где описано, какие реагенты должны использоваться в данном анализаторе.

2.2. Срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

2.3. Поставка реагентов и контрольного материала на УП «Медтехника» г. Витебск, согласно заявкам заказчика.

2.4. Подтверждение оказания пользователю методической, информационной и технологической поддержки (предоставить обязательство).