

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Кассета стерилизационная к плазменному стерилизатору SHINVA- PS-100XP	Штука	120

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором SHINVA-PS-100XP, Китай.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Индикаторы биологические к плазменному стерилизатору SHINVA-PS-100XP	штука	3 000

2. Технические требования:

2.1. Используется для проведения бактериологического контроля эффективности работы стерилизатора путём оценки воздействия перекиси водорода на живых споры бактерий.

2.2. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором SHINVA-PS-100XP, Китай.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Индикатор химический контроля к плазменному стерилизатору SHINVA-PS-100XP	Штука	3 000

2. Технические требования:

2.1. Исполнение - карточка.

2.2. Химический индикатор 5 класса.

2.3. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы (иметь возможность применения) с плазменным стерилизатором SHINVA-PS-100XP, Китай.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.